

藥物成分

劑型

編號

Budesonide/
Formoterol

乾粉吸入劑

☞ 藥品商品名及含量

吸必擴都保定量粉狀吸入劑 160 +4.5 微克/每定量
120 定量/瓶 (Symbicort Turbuhaler)

☞ 藥品作用


氣喘、支氣管氣喘、慢性阻塞性肺部疾病。吸必擴主要作為氣喘平時的預防維持，必要時也可緩解急性發作。

☞ 使用方式


在新的吸必擴開始用前，必須先左右旋轉轉鈕，聽到喀喀聲，此步驟要重覆做 2 次，才能完成初始的設定。

之後每次劑量皆按照下列步驟使用：

1. 先旋轉並移去瓶蓋。
2. 直立拿住且紅色轉鈕置於下方。請輕握住瓶身，不要握住吸嘴。將轉鈕往一邊轉至最大程度，然後再往回轉至最大程度。先往哪一邊轉都沒有關係。步驟完成時您會聽到**喀喀聲**。



3. 先朝旁邊深深吐完肺中氣體後，含住吸嘴，**用力且深深吸氣**。
4. 之後閉氣**5~10秒鐘**，再慢慢地呼氣後就可正常呼吸



(若呼吸沒有改善需要吸第2次劑量，請間隔**30~60秒後**再重複一次步驟2~4，不可連續旋轉兩次，這樣藥量並不會加倍)



☞ 注意事項

1. 作為氣喘或慢性肺阻塞的預防維持治療：通常一日 1~2 次，每次 1 或 2 個劑量，特殊情況可到每次 4 個劑量。
2. 作為氣喘的急性緩解治療：症狀惡化時可先吸入 1~2 個劑量，但單次使用不能超過 6 次，單日使用 8 個劑量內，特殊情況最高可單日吸入 12 個劑量。
3. 若有增加吸入次數而呼吸狀況 2 周內仍持續無法控制，或需要吸入超過建議的次數，應回診重新評估狀況。
4. **吸完藥後請漱口，減少鵝口瘡發生機率(漱口水請吐掉)。**
5. 目前沒有懷孕或哺乳方面的安全性資料，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。

☞ 清潔方式

建議每周清潔一次。請用乾的面紙或布清理乾淨，吸入器本體不能用水清洗或放於水中。

☞ 如何觀測剩餘藥量

吸入劑的瓶身上有一個剩餘劑量的視窗，每隔 10 個劑量會標示一次，若看到視窗開始出現紅色背景，請回診或準備新的吸入劑，當視窗顯示 0 時請更換吸入劑。

(搖晃吸入劑瓶身聽到的沙沙聲是乾燥劑的聲音，並不能做為剩餘劑量的判斷)

