



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Olodaterol</b>	<b>噴霧吸入劑</b>	
版本：TPE202309 / 櫃號：2023-324		

☞ **藥品商品名及含量**  
**適維樂舒沛噴吸入劑，2.5 微克/噴，**  
**60 噴/瓶 (Striverdi Respimat)**

用藥指導短片



**外盒**



**外觀**



☞ **藥品作用**  
 慢性阻塞性肺疾病之長期維持治療。

☞ **使用方式**  
 1. 成人建議劑量每日 1 次，每次 2 噴。  
 2. 初次使用

1. 移除透明底座
  - 蓋子必須蓋緊
  - 按壓住安全扣(E)並用另一隻手拔下透明底座(F)。



## 2. 插入藥罐

- 將藥罐(G)的窄端推向吸入器，直到發出「卡嗒」聲。
- 將吸入器放在堅固表面上，並扎實地下壓，將藥罐推入吸入器(直到發出「卡嗒」聲)，以確保藥罐已完全裝入吸入器。



## 3. 裝回透明底座(F)

- 裝回透明底座，直至發出卡嗒聲。
- 請勿再將透明底座或藥罐拿下。



## 4. 旋轉

- 確保蓋子蓋緊(A)。
- 將透明底座(F)依標籤上之箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲(約轉半圈)。



## 5. 打開

- 打開蓋子(A)直到完全打開。



## 6. 按壓

- 將STRIVERDI<sup>®</sup> RESPIMAT<sup>®</sup> 吸入器朝向地面。
- 按壓給藥按鈕(D)。
- 蓋上蓋子(A)。
- 重覆步驟4、5、6，直到出現霧狀的藥液。
- 在出現霧狀的藥液後，再重複步驟4、5、6三次。
- 在備妥STRIVERDI<sup>®</sup> RESPIMAT<sup>®</sup>吸入器後，本藥可提供30個劑量(60噴)。



3. 每日使用步驟

**旋轉**

- 確保蓋子蓋緊(A)。
- 將透明底座(F)依標籤上之箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲(約轉半圈)。



**打開**

- 打開蓋子(A)直到完全打開。



**按壓**

- 慢慢地將肺中空氣完全呼出。
- 緊閉雙唇含住口含器但勿遮住通氣孔(C)
- 將STRIVERDI® RESPIMAT®吸入器指向喉嚨深處。
- 通過口腔緩慢深呼吸時，按下給藥按鈕(D)並繼續呼吸。
- 屏住呼吸10秒或儘可能地延長屏氣時間。
- 重複步驟旋轉、打開、按壓共2次。
- 蓋緊蓋子直到下次再使用STRIVERDI® RESPIMAT®吸入劑。



忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是氣喘與急性支氣管痙攣、心血管疾病（尤其是缺血性心臟病、心律不整、肥厚性阻塞型心肌病變、嚴重心臟代償性失調、動脈瘤及高血壓）、癲癇症、甲狀腺毒症等病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Xanthine 衍生物、類固醇、利尿劑、 $\beta$ -腎上腺素阻斷劑(包括眼藥水)、單胺氧化酶抑制劑、三環抗鬱劑。
3. 常見副作用為咳嗽、頭痛、鼻咽炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：【過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)】、心搏過速、心律不整、心悸、心絞痛、高血壓或低血壓、顫抖、頭痛、焦躁、失眠、暈眩、口乾、噁心、肌肉痙攣、高血糖。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示成分內的  $\beta$ -腎上腺素受體促效劑對子宮收縮可能有抑制作用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

## 其他注意事項

1. 每瓶藥物可提供 60 噴(30 個劑量)。
2. 如果超過 7 天未使用吸入劑，請先朝向地面噴 1 次。
3. 如果超過 21 天未使用吸入劑，請依據「初次使用」步驟 4 至 6 操作直到出現霧狀藥液後，再重複步驟 4 至 6 的操作 3 次。
4. 保養時，請用濕布或濕紙巾清潔口含器及口含器內的金屬部份，每週至少擦拭一次。
5. 口含器如出現輕微褪色，不會影響吸入器的功能。
6. 劑量顯示計可顯示大約還剩多少藥，當指針進入刻度上的紅色區域時，代表大約還剩 7 天(14 噴)的藥量，此時應回診請醫師開立新的處方。
7. 劑量顯示計到達刻度上紅色區域的頂端，亦即已全部用完，吸入器會自動鎖住，無法再噴出藥物；此時，透明底座將

無法再被旋轉。

8. 從初次使用算起，最多只能用 3 個月；到期時，即使藥液尚未用完，也應該丟棄，不可再使用。

