聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AC002450	內視鏡噴霧止血劑	Endoscopic hemostatic spray	1、成分:止血劑是膨潤土粉末(礦物質矽酸鋁粉末約20g)。 2、配件:聚乙烯輸送導管及加壓二氧化碳筒的手柄。 3、單一滅菌包裝。 4、導管直徑Fr/長度cm/最小通道直徑mm: 7Fr/220/2.8、10Fr/220/3.7。	ea	消化內科	115年06月新增通過
AJ016000	指甲矯正器及其零件	Brace and Accessories	1.彈性塑膠貼片與活化鋼絲組成。 2.mini：12mm；S：16mm；M：19mm；L：22mm。 3.非滅菌。	件	皮膚科	115年06月新增通過
AJ016100	指甲矯正器	Nail Brace	1.線狀甲矯正器合併黏著壁。 2.軟：0.25mm；中：0.3mm；硬：0.35mm。 3.非滅菌。	件	皮膚科	115年06月新增通過
DD002302	萬用蠟	Utility Wax	1、材質: 蠟。 2、形狀：長條狀。 3、規格：長28cm±10%，80條±10%/盒。 4、非無菌包裝。	盒	口腔醫學科	115年06月新增通過
FD023230	人工髖關節組：陶瓷股小球	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA	1、材質為氧化鋁、氧化鋯、新一代陶瓷球頭（Delta）。 2、規格:28mm:-2.5/+1/+4 32mm:-3/+1/+5/+8 36mm、40mm:-3/+1/+5/+9	EA	骨科部	115年06月新增通過
FD023300	抗氧化高耐磨聚乙烯全髖臼內襯	Hip System E-XPE Cup Liner	成份為超高分子聚乙烯漆加維他命E，具有抗磨耗、抗氧化並提高產品的耐磨性及機械強度。 規格:角度0°~20°，OD：44mm~70mm。	ea	骨科部	115年06月新增通過
FD053000	全身型多角度鎖定骨板	Whole-body variable axial locking plate	1、材質:鈦金屬。 2、規格: (1)螺釘：Φ1.5、Φ2.0、Φ2.3、Φ2.4、Φ2.8、Φ3.5螺釘具備攻牙式多角度鎖定，內需函應急螺釘系統。 (2)骨板：網格骨板、直型骨板、翼狀骨板、掌側腕部可變式腳狀骨板(腳掌型)，或同等品。 3、螺釘規格： (1)Φ1.5多角度鎖定螺釘6mm-18mm±5%(screw長度為單數一跳) (2)Φ2.0多角度鎖定螺釘6mm-20mm±5%(screw長度為單數一跳) (3)Φ2.3多角度鎖定螺釘6mm-20mm±5%(screw長度為單數一跳) (4)Φ2.4多角度鎖定螺釘7.8mm-29.8mm±5%(screw長度為單數一跳) (5)Φ2.8多角度鎖定螺釘10mm-45mm±5% (6)Φ3.5多角度鎖定螺釘10mm-60mm±5% (7)Φ1.8應急螺釘6mm-12mm±5% (8)Φ2.5應急螺釘6mm-14mm±5%	SET	骨科部	115年06月新增通過
FE005000	醫療用束帶	Therapeutic medical binder	1、材質:100%聚丙烯不織布、100%乙烯丙烯共聚物彈性膜。 2、尺寸:S/M/L/XL/2XL/3XL。 3、非滅菌包裝。	ea	一般外科	115年06月新增通過
FG009183	非球面淡黃色三焦點人工水晶體	Acrylic Intraocular Lens	1、三焦點、零球面像差。 2、淡黃色親水性壓克力。 3、中距離+1.75D、近距離+3.5D。 4、光學直徑：6.0mm；全直徑12.5mm、C型支撐腳。	ea	眼科部	115年06月新增通過
FG009210	非球面散光矯正人工水晶體	Aspheric Toric Intraocular Lens	1、材質:親水性丙烯酸。 2、過濾特性：過濾紫外線及紫光。 3、尺寸：全長11.0mm(＞16度)，11.5mm(≦16度)。 4、度數：度數+0.0~+30.0(間隔0.5度);散光度數：＋1.0~＋10.0(間隔0.5度)。 5、視盤規格：環形複曲面。	ea	眼科部	115年06月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FG009215	平板三焦點矯正散光疏水表面人工水晶體	Trifocal Toric Hydrophobic Surface IOL	1、材質：具有疏水表面特性的親水性丙烯酸。 2、光學特性：非球面三焦點繞射雙散光面，近距離add+3.33D，中距離+1.66D。 3、尺寸：光學區直徑6mm，總長11mm。 4、植入切口：1.8mm。 5、度數：-5.0~+35.0D(間隔0.5D)散光+1~+12D(間隔0.5D)。 6、光學面與絆腳夾角：0°。	EA	眼科部	115年06月新增通過
FG009216	平板非球面疏水表面後房人工水晶體	Aspherical Hydrophobic Surface IOL	1、材質：具有疏水表面特性的親水性丙烯酸。 2、光學特性：單焦非球面(像差中性)。 3、尺寸：光學區直徑6mm，總長11mm。 4、植入切口：1.8mm。 5、度數：+10.0~+30.0D(間隔0.5D)，+0.0~+10.0，+30.0~+32.0D(間隔1.0D)。 6、光學面與絆腳夾角：0°。	EA	眼科部	115年06月新增通過
FG009217	平板景深延長矯正散光疏水表面人工水晶體	EDOF Toric Hydrophobic Surface IOL	1、材質：具有疏水表面特性的親水性丙烯酸。 2、光學特性：球面(像差中性)衍射雙散光面焦深擴展+0.95D and 1.9D。 3、尺寸：光學區直徑6mm，總長11mm。 4、植入切口：1.8mm。 5、度數：-8.0~+32.0D(間隔0.5D)散光+1~+12D(間隔0.5D)。 6、光學面與絆腳夾角：0°。	EA	眼科部	115年06月新增通過
FG009433	散光非球面疏水性壓克力水晶體	Toric Aspheric Hydrophobic Acrylic IOL	1、前端不對稱雙凸面。 2、+20屈光度(diopter)IOL在403nm(UV)時穿透率為10%。 3、+6.0至+30.0屈光度(以0.5屈光度遞增)。 4、STABLE FORCE*改良L型襻。 5、單片一體成型,水晶體全長13.0mm,optic size 6.0mm，可濾紫外線及藍光。 6、提供度數+6.0D~+30.0D,折射係數:1.55。	EA	眼科部	115年06月新增通過
FG009449	遠中近三焦點老花矯正疏水性軟式人工水晶體	Trifocal Hydrophobic IOL	1、繞射非球面雙凸面型視盤。 2、可過濾紫外線和藍光的疏水性Acrylate/Methacrylate 共聚物。 3、通透率:+20度數IOL在403nm(UV)時通透率為10%。 4、折射係數:35度C時1.55。 5、屈光度:+6.0至+30.0屈光度,以0,5屈光度遞減;+31.0至+34.0屈光度,以1.0屈光度遞增。 6、襻結構:Stableforce改良L型襻。 7、視盤直徑:6.0mm。 8、全長:13.0mm。 9、襻角度:0度。	EA	眼科部	115年06月新增通過
FI005750	內視鏡專用手術鑽頭	Surgical Drill For Endoscopic	1、切削頭，W3.35-5.45mm±1mm，L198-356mm±1mm。 2、鑽石頭，W3.00-5.45mm±1mm，L198-356mm±1mm。 3、材質：不鏽鋼SUS630/聚醚醚酮。	EA	神經外科	115年06月新增通過
FK000839	氣切套管	Flexible Tracheostomy Tube	1、材質:醫療級PVC。 2、尺寸(ID):6.0、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0mm。 3、單一無菌包裝。 4、雙管的氣切管。 5、功能特性:氣管切開術，提供患者作為人工氣道及抽出肺部與呼吸道所產生的液體與分泌物。	EA	麻醉科	115年06月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FL030800	14天連續心電圖紀錄器	14Day ECG Recorder	1、重量:26±5%公克。 2、尺寸:48.7(長)x33.1(寬)x15.7(高)±5%mm。 3、資料儲存媒體:MicroSD記憶卡。 4、取樣率:256Hz(赫茲)。 5、解析度:18bits(位元)。 6、頻道數:1,單導程。	ea	心血管中心	115年06月新增通過
JC001100	疤痕貼片(未滅菌)5x5cm	Scar Care Dressing (Non-sterile)5x5cm	1、成分：羧甲基纖維素、單向彈性纖維、低敏膠、聚氨酯。 2、尺寸：5x5cm(PU film)。	片	婦產科	115年06月新增通過
JC001110	疤痕貼片(未滅菌)5x14cm	Scar Care Dressing (Non-sterile)5x14cm	1、成分：羧甲基纖維素、單向彈性纖維、低敏膠、聚氨酯。 2、尺寸：5x14cm(PU film)。	片	婦產科	115年06月新增通過
JC001120	疤痕貼片(未滅菌)7x10cm	Scar Care Dressing (Non-sterile)7x10cm	1、成分：羧甲基纖維素、單向彈性纖維、低敏膠、聚氨酯。 2、尺寸：7x10cm(PU film)。	片	婦產科	115年06月新增通過
JC001130	疤痕貼片(未滅菌)6x19.5cm	Scar Care Dressing (Non-sterile)6x19.5cm	1、成分：羧甲基纖維素、單向彈性纖維、低敏膠、聚氨酯。 2、尺寸：6x19.5cm(PU film)。	片	婦產科	115年06月新增通過
TB000150	呼吸噴霧器	Aircome Mesh Nebulizer	1、主機尺寸：60mm(L)x45mm(W)x119mm(H)。 2、電源供應：DC3.7V(鋰離子電池)或DC5V1A電源充電器。 3、藥杯容量：約6ml-8ml。 4、霧化速率：可調式0.15ml~0.9ml/min。 5、霧化粒徑：MMAD< 5.0μm。 6、面罩〈成人、兒童〉。	EA	小兒科	115年06月新增通過
AH000400	血糖感應器-即時型	Glucose Sensor-real time	1、血糖感應器材質：Glucose Oxidase、Human Serum Albumin。 2、尺寸：長x寬x高：20~40mm x 20~70mm x 4~50mm，針筒長度：10.5mm，感應器植入角度90°。 3、使用壽命：使用時間至少7天以上。 4、單一無菌包裝。 5、即時呈現檢測數值。 6、適用於7歲以上。	EA	內分泌及新陳代謝科	115年04月新增通過
DC000610	L型牙周探針	Periodontal Probe	1.醫療級不鏽鋼。 2.測量範圍：0-15mm。 3.可高溫高壓消毒。	支	口腔醫學科	115年04月新增通過
DC000620	葛雷式牙周刮刀	Gracey Curettes	1、醫療級不鏽鋼。 2、gracey curettes型號 1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14。 3、可高溫高壓消毒。	支	口腔醫學科	115年04月新增通過
DJ002400	氟漆	Fluoride Varnish	1.5% Sodium Fluoride。 2.10ml±5%/ea。	ea	口腔醫學科	115年04月新增通過
DH009810	成型矯正結紮線-小林鉤	Kobayashi Hooks	1、材質:不鏽鋼。 2、線徑:0.012mm~0.014mm±1%。 3、非無菌包裝。	條	口腔醫學科	115年04月新增通過
DI002000	假牙樹脂研磨棒-直機用	Denture resin polish bur-For straight handpiece	1.工作端材質:矽利肯silicone。 2.工作端長度:10mm以上。 3.可經高溫高壓。 4.表面粗糙度有粗中細，有顏色之分。	支	口腔醫學科	115年04月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FG009162	植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體(雙組合-近)	Trifocal Plus Yellow Preloaded Intraocular Lens	1、材質:一片式疏水性丙烯酸樹脂黃色人工水晶體。 2、預載式水晶體植入裝置。 3、光學區非球面 ABC design優化。 4、支撐腳霧面處理防止植入過程沾黏。 5、邊緣方邊直角，後表面優化處理減少二次白內障。 6、可植入2.2mm或以下微創手術切口。 7、全長：13mm 。 8、光學區直徑：6mm 。 9、球面度數：+10.0D~+30.0D,度數間隔：0.5D。 10、Add：近3.5D；中1.75D。 11、A常數：119.0，Pupil 3.5mm，near分光29%。	ea	眼科部	115年04月新增通過
FG009163	植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體(雙組合-遠)	Trifocal Yellow Preloaded Intraocular Lens	1、材質:一片式疏水性丙烯酸樹脂黃色人工水晶體。 2、預載式水晶體植入裝置。 3、光學區非球面 ABC design優化。 4、支撐腳霧面處理防止植入過程沾黏。 5、邊緣方邊直角，後表面優化處理減少二次白內障。 6、可植入2.2mm或以下微創手術切口。 7、全長：13mm 。 8、光學區直徑：6mm 。 9、球面度數：+10.0D~+30.0D,度數間隔：0.5D。 10、Add：近3.5D；中1.75D。 11、A常數：119.0，Pupil 3.5mm，near分光20.6%。	ea	眼科部	115年04月新增通過
FG009080	均衡鹽溶液	Balanced Salt Solution	1、容量：500ml±10ml。 2、每100ml的溶液含有： (1)氯化鈣：0.048g±0.001g。 (2)氯化鎂：0.030g±0.001g。 (3)乙酸鈉：0.390g±0.001g。 (4)檸檬酸鈉：0.170g±0.001g。 (5)氯化鈉：0.640g±0.001g。 (6)氯化鉀：0.075g±0.001g。 3、10%±1%鹽酸調整酸鹼值。 4、塑膠瓶或玻璃瓶包裝。	ea	眼科部	115年04月新增通過
FI007800	拋棄式單極刺激探頭	Disposable monopolar stimulation Probe	1、單極探頭，長8.5cm，0.4mm尖頭，直徑1.4mm，具可彎曲尖頭。 2、用於辨識頭顱和周邊神經組織及監測手術中其交互作用。 3、單一無菌包裝。	ea	神經外科	115年04月新增通過
FI007900	雙絞線皮下針電極	SDN Electrode RD/BK	1、皮下針電極針頭長15mm，電纜長1.5m。 2、用於辨識頭顱和周邊神經組織及監測手術中其交互作用。 3、單一無菌包裝。	ea	神經外科	115年04月新增通過
FL008823	親水性螺旋冠狀動脈導引線	Hydrophilic polymer coli section wire	1、材質:聚醯胺彈性體。 2、微導管表層具親水性塗層。 3、導管外徑:2.6Fr～2.8Fr。 4、需要能通過0.014的導線。 5、導線長度130-150cm。 6、環氧乙烷滅菌，單一無菌包裝。	ea	心臟血管內科	115年04月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FL009260	非順應性冠狀動脈螺紋擴張導管	Non-Compliant Spiral Coronary Dilataion Balloon Catheter	1、球囊直徑(公釐)：2.0mm~4.0mm。 2、球囊長度(公釐)：10mm~30mm 。 3、導管的有效長度: 140±5cm 。 4、球囊標稱壓力:8 atm 。 5、球囊額定爆破壓力:16 atm。 6、可通過0.014inch的導線。 7、球囊表面有凹凸交替的微螺紋樣結構:止滑。	ea	心臟血管內科	115年04月新增通過
FL030000	超高壓周邊血管氣球導管	Ultra-high pressure peripheral vascular balloon catheter	1、氣球直徑:4mm~12mm(±5%)。 2、氣球長度:2cm~10cm(±5%)。 3、Shaft lengths:50cm~75cm(±5%)。 4、無菌單一包裝。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030700	電極貼片組	Surface Electrode Kit	1、表面電極貼片含連接線六個，長度2.5M ±5% 。 2、病患參考感測器固定貼片(橢圓狀)兩個。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030600	房中膈穿刺針	TRANSSEPTAL NEEDLE	1、尺寸:大人,18ga ±5%。 2、針頭(cm):71,89,98 ±5%。 3、單一無菌包裝。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030500	可操控式套管	Steerable Sheath	1、內徑：3.3-4.0mm±5%。 2、外徑：4.7-5.3mm±5%。 3、有效長度：65.5cm±5%。 4、單一無菌包裝。	ea	心血管中心	115年04月新增通過
FL030100	心臟內超音波導管	ICE Catheter	1、導管外徑9F±5%,可用長度90cm ±5%。 2、具備64陣元(64-element)線性相位陣列換能器。 3、四向手柄控制：前後各120 ±5%度,左右各90 ±5%度彎曲。 4、操作頻率範圍4.5MHz至11.5MHz ±5%。 5、提供單手操作之圖像鎖定與調整功能。 6、單一無菌包裝。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030200	圓形感應式定位導管	CIRCULAR MAPPING CATHETER	1、導管外徑8F(2.7mm)±5%，可用長度107cm±5%。 2、具磁場感應器，支援 EnSite 3D 定位系統導航。 3、4F(1.35mm)±5%柔軟圓形環部，直徑15mm/20mm±5%。 4、10組環電極(2mm Tip/1mm Band±5%)，電極間距 3mm/5mm±5%。 5、支援180±5%度單向(D)或雙向(DF)手柄彎曲控制。 6、單一無菌包裝 。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030300	感應式電燒導管	SENSOR ENABLED ABLATION CATHETER	1、導管外徑8F±5%，可用長度115cm±5%。 2、具磁場感應器，支援EnSite 3D定位。 3、4mm±5%柔性灌洗式先端電極(Flexible Irrigated Tip)，具4個雷射切割槽。 4、雙向手柄控制(D-F曲線)，支援最大160±5%度彎曲。 5、具熱對偶(Thermocouple)溫度感測，確保電燒安全性。 6、單一無菌包裝。	EA	心血管中心	115年04月新增通過
FL030400	脈衝消融組件	Pulsed Field Ablation (PFA) System	1、整體長度:145cm±5%。 2、有效角度:99cm±5%。 3、偏轉角度:170度±5%。 4、導管在90度偏轉時達到23mm±5%。 5、電極陣列配置：單一圓形電極陣列。 6、電極數量：9±5%。 7、電極間距：3.75mm±5%。 8、電極長度：3mm±5%。 9、單一無菌包裝。	ea	心血管中心	115年04月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
PB000460	1日型攜帶式抗生素輸液器幫浦240ML	Ambulatory Infusion System 240ML	1、雙層含外殼；不含DEHP。 2、容量：240ML，最小216ML/最大300ML。 3、流速每小時10ML/h。 4、滅菌包裝，不需要輸液套。	ea	護理部	115年04月新增通過
RB001350	熱敷墊U型20吋*20吋(未滅菌)	heating pad U-spaped 20inch*20inch(non-sterile)	1、內含物:電毯一條,套布一件。 2、尺寸:20吋*20吋±3%,U型。 3、溫度控制共4種:45度,55度,65度,75度。 4、時間設定共四種:15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘。 5、電壓:110V。 6、未滅菌，可重複使用。	個	復健醫學部	115年04月新增通過
RB001360	熱敷墊14吋*27吋(未滅菌)	heating pad 14inch*27inch(non-sterile)	1、內含物:電毯一條,套布一件。 2、尺寸:14吋*27吋±3%。 3、溫度控制共4種:45度,55度,65度,75度。 4、時間設定共四種:15分鐘,30分鐘,45分鐘,60分鐘。 5、電壓:110V。 6、未滅菌，可重複使用。	個	復健醫學部	115年04月新增通過
FGMEB035	視網膜電位圖電極傳導貼片	SENSOR STRIPELECTRODES	1.材質：塑膠、傳導材。 2.包裝：傳導貼片為單片包裝。 3.尺寸：67mm±5mm。	EA	眼科部	115年04月新增通過
FIMEB004	微創手術專用切割鑽	Minimally Invasive Surgery Cutter	1.材質：不鏽鋼材質。 2.尺寸：0.8-8mm。 3.消毒方式：伽瑪輻射消毒。 4.包裝：單一無菌包裝。	支	神經外科	115年04月新增通過
FIMEB005	混合高速切割鑽頭系統-一般型	Mix High Speed Drill System-General	1、形狀：球型、火柴型、麻花型、漸細型。 2、尺寸：長度7cm~26cm；工作區直徑0.8mm~9mm。 3、單一無菌滅菌包裝。	EA	神經外科	115年04月新增通過
FIMEB006	混合高速切割鑽頭系統-特殊型鑽頭	Mix High Speed Drill System-Special	1、形狀：鑽石球型、鑽石火柴型、AC型、TT系列。 2、尺寸：長度7cm~26cm；工作區直徑1mm~9mm。 3、單一無菌滅菌包裝。	EA	神經外科	115年04月新增通過
DJ002200	唾液吸收棉條	Luna Dental Rolls	1.成分:棉。 2.整包重量:300±10g。 3.單個直徑：8±2mm。 4.長度：38±2mm。 5.非無菌包裝。	條	口腔醫學科	115年02月新增通過
FG009489	非球面長焦段第二代散光矯正預載式人工水晶體	Extended range of vision Toric II IOL with Preloaded System	1、含有紫外光吸收材料(UVAM)及紫光過濾色團的軟性可折疊的疏水性丙烯酸酯(Acrylic)。 2、屈光度數:+5.0D~+34.0D，0.5D漸增。 3、散光度數：1.00、1.50、2.25、3.00、3.75、4.50、5.25、6.00。 4、光學區：中心厚度0.7mm、邊緣設計PROTEC 360度後環繞方邊緣。支撐腳：厚度0.46mm、TRI-FIX設計改良C型，整合於光學部。 5.單片無菌包裝。	PC	眼科部	115年02月新增通過
FG006550	圓錐塔狀多發式小樑微導流支架系統	Conical Tower Multi-shot Trabecular Micro-Bypass System	1.內含三個微型圓錐塔式支架。 2.支架規格：高度360um，直徑360um 。 3.支架材質：鈦合金。 4.單一無菌包裝。	ea	眼科部	115年02月新增通過
CC090445	高敏感度C反應蛋白檢驗試劑	High-sensitivity CRP	需搭配全自動分析儀的原廠試劑。	test	檢驗部	115年02月新增通過
CC090446	同半胱胺酸檢驗試劑	Homocysteine	需搭配全自動分析儀的原廠試劑。	test	檢驗部	115年02月新增通過
CD091305	維他命D檢驗試劑	Vitamin D	需搭配全自動分析儀的原廠試劑。	test	檢驗部	115年02月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
CN101950	革蘭氏染色液組	GRAM STAIN KIT	1.革蘭氏染色液組，內容物需含結晶紫、碘溶液、脫色劑及沙紅四瓶試劑。 2.適用於微生物抹片染色之染色劑。	ML	檢驗部	115年02月新增通過
FH001520	泌尿科內視鏡用親水性導管	HYDROPHILIC GUIDEWIRE	1、直徑:0.035inch。 2、長度：150cm.straight/angled tip。 3、前3cm導線材質:flexible Tip。 4、材質:鎳鈦合金(Nitinol core)。 5、具有：高顯影性外套。 6、全親水性塗層。 7、泌尿科專用導線。 8、單一無菌包裝。	ea	泌尿科	115年02月新增通過
FH000750	尿道擴張系統	urethral dilatation system	針頭直徑：19Gauge。 針頭放置深度：33 mm。 縫線組件直徑：0.38 mm。	ea	泌尿科	115年02月新增通過
FD040950	腫瘤/重建型人工膝關節系統	CUSTOM MADE KNEE JOINT TUMOR PROSTHESIS	ANY SIZE： 用於腫瘤重建型人工膝關節系統，可針對病患特殊需求進行產品客製及設計，提供最適合的產品及組合。組成物有：股骨植入物、股骨基座，脛骨骨柄、脛骨襯墊、重建型骨炳、脛骨填補塊、重建型中段延伸件。	組	骨科部	115年02月新增通過
FD083000	低溫雙極電燒棒	Low temperature bipolar electric burning	1.電極端:為可見之雙極頭。 2.控制器:五段流速控制。 3.材質：電極處為不鏽鋼材質，手柄為聚碳酸酯(polycarbonate)。 4.工作溫度：攝氏96±3度。	ea	骨科部	115年02月新增通過
FL009737	居家監控式核磁共振雙腔節律器	Home Monitoring MRI Dual Chamber Pacemaker	1.材質:鈦合金或同等品。 2.尺寸:體積10-15cm3，重量:≦25g。 3.具atrial ATP功能(治療房性心搏過速)。 4.具核磁共振造影裝置。 5.內含居家監控裝置儀器。 6.安全有效期限自進貨日須達原保存期限得三分之二以上。 7.廠商需無償提供程控儀及TEST CABLE測試電線。	ea	心臟血管內科	115年02月新增通過
FL008811	多項式工作冠狀動脈導引線	Multi Workhorse PTCA Guide wire	1.導線前端重量(0.5~12G ±5%)。 2.導引線內徑:(0.014inch ±5%)。 3.導引線長度:(180cm ±10%)。 4.塗層(4~40cm ±5%)。 5.Coil 長度: (4cm~28cm ±5%)。 6.單一無菌包裝。	EA	心血管中心	115年02月新增通過
TB002200	醫用皮膚貼膜(敏感型)	Medical adhesive tape (sensitive skin)	1.材質:不織布基底、防潑水，軟矽膠黏著介面。 2.形狀: 可根據傷口或敷料大小自行剪裁。 3.尺寸: 寬4.5~5公分，長 4.9~5公尺。 4.貼膜具彈性，並可重複黏貼。 5.非滅菌包裝。	捲	小兒科	115年02月新增通過
CC108350	五合一藥物濫用快速檢驗試劑	One Sure Multiple DOA Screening test	1、鋁箔袋產品:內含一個測試盒、一支吸管、一個乾燥劑。 2、測試盒可測：甲基安非他命、搖頭丸、愷他命、苯二氮平類、大麻。	片	檢驗部	114年12月新增通過
AI002810	伊紅-50	EA-50	成分: (1)0.24% Eosin Y。 (2)0.02% Light Green SF Yellow。 (3)0.03% Bismarck Brown。 (4)0.03% Phosphotungstic Acid。 (5)90% Ethanol。 (6)9.68% H2O。	L	病理部	114年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AI002610	橙色-6	OG-6	成分: (1)0.5%橙色 G Orange-G。 (2)0.15%磷鎢酸 Phosphotungstic Acid。 (3)90%乙醇 Ethanol。 (4)9.35%水 H20。	L	病理部	114年12月新增通過
FJ000950	耳用止血棉	Ear Wicks，PoPe	1、材質:羥乙基纖維素(polyvinyl acetal foam,又稱PVA泡棉)。 2、尺寸:直徑9mm長度15mm±5%。 3、包裝：滅菌包裝。	EA	耳鼻喉科	114年12月新增通過
FF001020	植皮刀片	WECPREP BLADES	1.材質:醫療鋼。 2.尺寸：長度5.5cm±1.375cm。 3.非無菌包裝。	EA	整形外科	114年12月新增通過
TB004000	骨內針	Intraosseous Needle Set	1、由具有Luer-Lock的導管探針和安全帽組成。 2、15個刻度、長度為15mm、25mm、45mm的不鏽鋼。 3、可用配合電鑽使用。 4、單支無菌包裝。	EA	小兒科	114年12月新增通過
TB003020	凝膠式溫控傳遞墊	Target Temperature Management Gel Pads	1、材質:聚酯纖維+不織布+水凝膠。 2、寬度:20-40公分。 3、長度:30-60公分。 4、適用體重範圍1.8-30kg。 5、不影響X-ray 、CT、MRI檢查。 6、每片傳遞墊有一個機器連接頭。	組	小兒科	114年12月新增通過
FH001025	輸尿管支架組	Ureteral Stent System	1、支架直徑：10mm。 2、支架長度：120mm。 3、材質：共聚物包覆彈性金屬。 4、EO消毒滅菌。	EA	泌尿科	114年12月新增通過
FL009498	全阻塞逆行冠狀動脈導線	CTO RETROGRADE PTCA GUIDE WIRE	1、導引線前端重量0.3G。 2、導引線內徑:0.014inch。 3、導引線長度:190-300cm。 4、親水性塗層52-90cm。 5、Coil長度:19-38cm。 6、單一無菌包裝。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FL009453	冠狀動脈血管內碎石導管	Coronary Intravascular Lithotripsy Catheter	1、氣球長度：12mm±3%。 2、直徑：2.5-4.0mm。 3、可通過0.014"導引線。 4、正常承受壓力：6atm。 5、氣球可利用聲壓脈衝波破壞血管內鈣化的病灶或同等品。 6、氣球導管總長度：135cm±3%。 7、氣球材質：Nylon或同等品。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FL009454	周邊血管碎石術氣球導管	Peripheral Intravascular Lithotripsy Catheter	1、氣球導管全長：135cm±3%。 2、氣球直徑：3.5-7.0mm。 3、氣球長度：60mm±3%。 4、氣球導管可通過最小導引鞘：小於8Fr。 5、可通過導引線0.014"。 6、氣球可利用聲壓脈衝波破壞血管內鈣化的病灶或同等品。 7、氣球材質：Nylon或同等品。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FE002118	傷口敷料10g	Wound Dressing 10g	1、容量：10g。 2、成分：pure water、 sodium Carboxymethyl cellulose(CMC-Na)、polydimethylsiloxane、propylene Glycol、 centella asiatica。 3、單一無菌包裝。	EA	一般外科	114年12月新增通過
JC000900	疤痕護理矽膠片(未滅菌)5*5CM	Silicone Scar Care Sheeting(Non-Sterile) 5*5cm	1、材質：醫療級矽膠。 2、尺寸：5cm×5cm，圓角設計。 3、非滅菌包裝。 4、可使用7天，可短暫取下水洗重貼。	片	婦產科	114年12月新增通過
JC000910	疤痕護理矽膠片(未滅菌)4*20CM	Silicone Scar Care Sheeting(Non-Sterile) 4*20cm	1、材質：醫療級矽膠。 2、尺寸：4cm×20cm，圓角設計。 3、非滅菌包裝。 4、可使用7天，可短暫取下水洗重貼。	片	婦產科	114年12月新增通過
FJMEB028	耳鼻喉高速切割系統-鑽頭	Ear Burs	1、材質:不銹鋼。 2、尺寸 : Standard 5cm±5%；Long 7cm±5%；cutting & Diamond Tip0.5-8mm。	EA	耳鼻喉科	114年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FJMEB029	耳鼻喉高速切割系統-注水管	Ear Drill Irrigation Tubing	1、材質:聚碳酸酯、聚丙烯、不鏽鋼。 2、尺寸:L:500cm±10%。 3、重量:125g±10%(不含包裝)。 4、單一無菌包裝。	EA	耳鼻喉科	114年12月新增通過
ACMEB017	電子式內視鏡超音波球囊	EUS balloon	1、材質:乳膠。 2、形狀:圓形狀。 3、拋棄式單一無菌包裝。	PCS	消化內科	114年12月新增通過
FLMEB027	人工心肺新式導管套(A)	CAPIOX EBS Cannula Kit with X COATING(A)	1、須無菌包裝。 2、13.5Fr;15Fr;16.5Fr 鎖定連接器;3/8”直式連接器/15cm。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FLMEB028	人工心肺新式導管套(V)	CAPIOX EBS Cannula Kit with X COATING(V)	1、須無菌包裝。 2、18Fr;19.5Fr;21Fr/鎖定式連接器;3/8”直式連接器/50cm(V)。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FLMEB029	人工心肺新式導管套(AV)	CAPIOX EBS Cannula Kit with X COATING(AV)	1、須無菌包裝。 2、13.5Fr;15Fr;16.5Fr 鎖定連接器;3/8”直式連接器/15cm(A) 18Fr;19.5Fr;21Fr/鎖定式連接器;3/8”直式連接器/50cm(V)。	EA	心臟血管內科	114年12月新增通過
FLMEB030	PCPS人工心肺套	PCPS CAPIOX EBS Cannula Kit with X COATING	1、須無菌包裝。 2、裝填容積：550mL;620mL;740mL	組	心臟血管內科	114年12月新增通過
AC008000	逆止閥輔助水噴射連接器	Check Valve Auxiliary Water Jet Connector	1、內視鏡連接頭材質：不鏽鋼。 2、橡膠密封圈材質：NBR(丁腈橡膠)。 3、接頭及底座材質：PC聚碳酸酯。 4、單向閥片材質：TPE(熱塑性彈性體)。 5、單一無菌包裝。	EA	消化內科	114年10月新增通過
AC008100	內視鏡檢查專用套組	Endoscopy procedure kit	1、一包內含有: 內視鏡運送袋、酵素海綿及塑膠盒、內視鏡打氣打水、抽吸閥門、切片閥門、潤滑劑、口咬器、紗布、生物染汙物標記貼紙。 2、單一無菌包裝內含物: -潤滑劑：1.1oz(32g)。 -逆止閥。 -不鏽鋼抽吸鈕、送水/送氣鈕。 3、非單一無菌包裝內含物: -口咬器：54Fr。 -紗布：4”x4”。 -生物污染物標記貼紙：4”x6”。 -酵素海綿*1。 -切片閥門。	EA	消化內科	114年10月新增通過
AC008200	送氣/送水/抽吸/切片閥門與水噴射連接器	Single Use Air/Water，Suction and Biopsy Valve Set with Water Jet Connector	1、逆止閥材質：TPE 熱塑性彈性體、303等級不鏽鋼、醫療級矽膠。 2、切片閥門材質：PC聚碳酸酯。 3、抽吸鈕材質：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、不鏽鋼。 4、送水/送氣鈕材質：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、不鏽鋼、TPE(熱塑性彈性體)。 5、單一無菌包裝。	EA	消化內科	114年10月新增通過
AC008300	黃金陶瓷止血導管	Endoscopic Hemostatic Catheter (Gold-Ceramic Type)	1、直徑OD：7Fr、長度：300cm。 2、雙極設計。 3、Tip端含有黃金及陶瓷成分。 4、Hemoglide coating。 5、具有打水通道。	EA	消化內科	114年10月新增通過
AC008400	膽道/胰管支架暨電灼增強系統	Biliary tract/Pancreatic duct Stent and Electrocautery Enhanced System	1、尺寸：支架直徑(mm)×支架長度(mm)6x8、8x8、10x10、15x10、20x10，Catheter Length：138cm。 2、Sheath外徑 ： 9 & 10.8 Fr。 3、支架材質: Nitinol、長度8mm、凸緣直徑14mm、內腔直徑6mm。 4、支架覆膜:Silicone Polymer覆膜。 5、支架前端設計為Electrocautery-enhanced tip。	EA	消化內科	114年10月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
DE000601	牙科用膠原蛋白栓豬(S)	Collagen Plug Pig(S-SIZE)	1、成分含:去端肽膠原蛋白(豬來源)。 2、尺寸:8.3*20mm±1mm。 3、形狀:圓柱體。 4、單一無菌包裝。	顆	口腔醫學科	114年10月新增通過
DE000602	牙科用膠原蛋白栓豬(M)	Collagen Plug Pig(M-SIZE)	1、成分含:去端肽膠原蛋白(豬來源)。 2、尺寸:15*20mm±1mm。 3、形狀:圓柱體。 4、單一無菌包裝。	顆	口腔醫學科	114年10月新增通過
DH010002	矯正線保護套管	Archwire Sleeve Protective Tubing	1、管徑：0.69±0.01mm。 2、材質：矽膠。 3、長度：10ft±1cm。 4、非無菌包裝。	捲	口腔醫學科	114年10月新增通過
DH009900	矯正用齒間金屬磨條	Abrasive Strip	1、材質：鐵加鑽石。 2、質地：Medium。 3、寬度：4±1mm，長度：15±0.5cm。 4、非無菌包裝。	條	口腔醫學科	114年10月新增通過
DE000401	不可吸收再生膜-小	Non-resorbable membrane-Small	1、材質：100%醫療級PTFE。 2、緻密型，孔徑＜0.3um。 3、尺寸：12（±1%)mm＊24(±1%)mm。 4、單一無菌包裝。	片	口腔醫學科	114年10月新增通過
DE000402	不可吸收再生膜-中	Non-resorbable membrane-Medium	1、材質：100%醫療級PTFE。 2、緻密型，孔徑＜0.3um。 3、尺寸：25（±1%)mm＊30(±1%)mm。 4、單一無菌包裝。	片	口腔醫學科	114年10月新增通過
DG003002	冷凍測髓噴劑	Endo-Ice Refrirerant Spray	1、成分含:Tetrafluoroethane >95%及Carvone <1%。 2、內含容量6±1oz。 3、非無菌包裝。	OZ	口腔醫學科	114年10月新增通過
FL009735	植入式心臟監測器	Implantable Cardiac Monitur	1、體積44mm*7mm*4mm。 2、重量2.5g±5g。 3、可進行核磁共振檢查。 4、電量維持約3年±0.5年。 5、皮下植入，內含切割皮膚的刀片。	EA	心臟血管內科	114年10月新增通過
PB000339	Y型幫浦輸血套	Pump-Blood Set	1、管路材質：內層TPE或PVC，外層不含DEHP。 2、具Y型導入座，分別連接血袋和生理食鹽水，包括： (1)護套 (2)個別的流量控制開關。 3、過濾網孔徑200μ。 4、輸液管：(1)不得短於 270cm (2) 安全型 Y 型輸液接頭 1 個，其材質可適用於輸血(3)螺旋接頭可與針座接合緊密不滲漏及止水排氣蓋於管路排氣時應能通過氣體且不透水 (4)機器感應器能敏銳感應及配合輸液機器使用。 5、單一無菌包裝。 6、須搭配幫浦輸注血品。	條	護理部	114年10月新增通過
FG009488	非球面延焦段新預載式人工水晶體	Extended Range of Vision IOL with Preloaded	1、含有紫外光吸收材料(UVAM)及紫光過濾色團的軟性可折疊的疏水性丙烯酸酯(Acrylic)。 2、屈光度數：＋5.0D～＋34.0D，0.5D漸增。 3、鏡片合併前光學表面波前設計之非球面光學，後表面有360度環繞方邊屏障，光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光影響。 4、光學區:中心厚度0.7mm、邊緣設計PROTEC 360度後環繞方邊緣。 5、支撐腳：厚度0.46mm、TRIFIX設計改良C型，整合於光學部。	PC	眼科部	114年10月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FG009551	可縫式晶體囊張力環	Capsular Ring-Cionni Ring & Segments	1、可縫晶體囊環壓縮時(打開後)：8.5(10.66)~11.0(13.0)mm;可縫晶體囊環段總長：9.5-10.0mm。 2、修復懸韌帶損傷角度：>120度。 3、前囊撕開大小：5.0-7.0mm。 4、可縫的位置：1-2孔。 5、透明聚甲基丙烯酸甲酯。	PC	眼科部	114年10月新增通過
FG009103	延焦人工水晶體	Extended focus IOL	1、可折疊親水丙烯酸共聚物，含有紫外線吸收劑以及濾藍光的發色基團。 2、材質特色為濕潤時，20℃時的折射率：1.460，在眼睛35℃時折射率：1.459 3、對於＋20.0屈光度IOL，在374nm透射率為10%。 4、最自然濾藍光淡黃色水晶體。 5、光學區直徑：6.0mm。 6、總長直徑：0.00D to+15.00D(11.0mm)+15.25D to+22.0D(10.7mm)+22.25D to+22.0D(10.5mm)。	EA	眼科部	114年10月新增通過
JC000180	組織隔離袋	myoma tissue morcellation Bag	1、材質:絕緣體、塑膠。 2、大開口寬度約195~225mm，大開口直徑約125~145mm，小開口直徑約6mm。 3、容量1600ml~2600ml。 4、單一無菌包裝。	EA	婦產科	114年10月新增通過
JC000190	組織切除系統	myoma tissue morcellation system	1、材質:絕緣體、塑膠握把。 2、尺寸:286mm*142mm*43mm*15mm，工作長度160mm。 3、形狀:槍型握把。 4、單一無菌包裝。	EA	婦產科	114年10月新增通過
FE003100	疤痕護理噴劑	Scar care spray	1、規格：100ml ±5%。 2、材質：醫療用矽膠。 3、形狀：噴霧。 4、非無菌包裝。	EA	一般外科	114年10月新增通過
AHMEB003	身體水分組成儀電極貼片	Dispoable Electrodes	1、傳導凝膠:凝膠聚合物。 2、尺寸：(長×寬):9.2cm×1.9cm。 3、電極片1張4片，尺寸(長×寬):11cm×8.5cm。 4、無菌包裝。	EA	內分泌及新陳代謝科	114年10月新增通過
AC007100	食道射頻消融系統-消融氣球導管	RFA BALLOON CATHETER	1、生物相容性塑料、雙極電極金屬片。 2、非無菌包裝。 3、可用長度：85cm(±2cm)。 4、電極長度：4cm(±0.5cm)。	EA	消化內科	114年08月新增通過
AC007150	食道射頻消融系統-經內視鏡片狀導管	RFA CHANNELRFA ENDOSCOPIC CATHETER	1、生物相容性塑料、雙極電極金屬片。 2、非無菌包裝。 3、可用長度：135cm(±2cm)。 4、電極長度：15.7mm(±2mm)。 5、電極寬度：7.5mm(±1mm)。	EA	消化內科	114年08月新增通過
CW121920	性傳染病四項檢驗套組	CT/GC/TV/MG PCR TEST	1、可自單一檢體中同時檢測含砂眼披衣菌、淋病雙球菌、陰道鞭毛滴蟲及生殖道徽漿菌分生檢測試劑。 2、需搭配全自動分生檢測分析儀的原廠試劑。	test	檢驗部	114年08月新增通過
DE000280	牛骨骨粉0.25gram	Bovine Cancellous-0.25gram	1、成分：牛骨。 2、尺寸：Particele size 0.25-1.0mm。 3、容量：0.6cc±0.1cc/ea。 4、含0.25gram牛骨。	EA	口腔醫學科	114年08月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FG005160	眼窩薄型人工骨片	Surgical thin implant sheets	1、材質：聚乙烯。 2、尺寸：38mm×50mm×0.85mm。 3、形狀：片狀。 4、包裝：無菌單一包裝。	EA	眼科部	114年08月新增通過
FG009176	疏水性延長焦段人工水晶體	EDOF Intraocular Lens	1、材質：physIoL-G-free(hydrophobicacrylic glistening-free)。 2、整體直徑：10D to 24.5D：11.00mm；25D to 30D：10.75mm。 3、光學直徑：10D to 24.5D：6.00mm；25D to 30D：5.75mm。 4、光學性質：Polynomial surface design 5、過濾：UV&blue light。 6、度數：10D to 30D(0.5D steps)。	EA	眼科部	114年08月新增通過
FD001350	人工全髖關節THR-股骨柄	THR-stem	1、材質為鈦合金，表面具備氫氧機磷灰石/鈦電漿噴塗式、鈦合金珠披覆式、骨水泥式等多種形式，可供臨床選用。 2、Length：100-170mm Neck Length：#25,#30,#35,#40 mm。 3、規格:#0~#7,ø9mm~ø15mm Length 120-166mm。	EA	骨科部	114年08月新增通過
FD032470	無結縫合錨釘-PLA/TCP	Knotless suture anchor-PLA/TCP	1、材質:生物複合性材料polylactic acid和tricalcium phosphate(TCP)。 2、含有穿線孔眼。 3、形狀：螺紋狀。 4.本體：直徑4.75mm(±5%);長度19.1mm(±5%) 5、附FiberTape線。 6、單一無菌包裝。	EA	骨科部	114年08月新增通過
FL003371	牛組織二尖瓣瓣膜	Bovine Mitral valve	1、瓣膜環尺寸：25-33mm。 2、瓣膜內徑：23-29mm。 3、瓣膜高度：15-18mm。 4、瓣膜材質：牛心包膜。	個	心臟血管外科	114年08月新增通過
FL003372	可擴張式牛組織主動脈瓣膜	Dilated Aortic valve	1、瓣膜環尺寸：19-29mm。 2、瓣膜內徑：18-28mm。 3、瓣膜高度：13-18mm。 4、植入後具有可擴張性。 5、瓣膜材質：牛心包膜。	個	心臟血管外科	114年08月新增通過
FE000340	植入式輸液座專用高壓安全灌注針	PPS CT Pressure Injectable Safety Huber Needle	1、耐高壓注射之注射用安全針，最高可耐300 PSI，流速達5ml/s。 2、尺寸：針頭直徑0.9mm，20G ;針頭長度：30mm。 3、材質：針頭:不銹鋼。 4、形狀：蝶翼設計、安全指示點、針頭與旋轉安全基座固定卡榫。	組	一般外科	114年08月新增通過
FI013061	真空抽吸壓力注射器	Vacuum Syringe	1、材質：Polycarbonate 2、尺寸：10-60ml。 3、用途： 腦中風取栓用。 4、單一無菌包裝。	EA	神經外科	114年08月新增通過
FL008807	全親水性輕度可控式導線	Full Polymer Cover Light Support Wire	1、材質：鉑鎳合金、不銹鋼(含同等品)。 2、導管直徑：0.014"。 3、導線全長190-300cm。 4、Spring Coli Length：Full Polymer Cover。 5、尖端型態：具直型和J型。 6、Tip Load：0.8g-1.2g±0.2g。	EA	心臟血管內科	114年08月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FL008808	全親水性穿刺阻塞性導線	Full Polymer Cover Specialty Wire	1、材質：鉑鎳合金、不銹鋼(含同等品)。 2、導管直徑：0.014"。 3、導線全長190-300cm。 4、Spring Coli Length：Full Polymer Cover。 5、尖端型態：具直型和J型。 6、Tip Load：1.3g-4.1g±0.3g。	EA	心臟血管內科	114年08月新增通過
FL008809	親水性直型穿刺阻塞性導線	Polymer Cover Straight Wire	1、材質：鉑鎳合金、不銹鋼(含同等品)。 2、導管直徑：0.014"。 3、導線全長190-300cm。 4、Distal Coatings：Hydrophilic。 5、尖端型態：Straight。 6、Tip Load：4.8g-13.9g±0.5g。	EA	心臟血管內科	114年08月新增通過
TB000510	尖峰吐氣流量計	Peak Flow Meter	1、尺寸：含吹管217mm(±2mm)。 2、全通量：50-300L/min。 3、主要使用材料：ABS，PP。	PCS	小兒科	114年08月新增通過
FE002140	膠原蛋白基質-0.5g	Collagen Matrix-0.5g	1、材質：由豬蹄筋組織中萃取製得的纖維膠原蛋白。 2、尺寸:0.5g(重量)、體積11.25ml(操作體積)。 3、形狀：Powder。 4、單一無菌包裝。	盒	一般外科	114年08月新增通過
DD006310	透明維持器真空成型片	Vaccum form clear retainers	1、材質:PET-G，硬質、具彈性、半透明材料。 2、厚度:1.0mm ±5%。 3、圓形片，直徑:125mm ±5%。 4、非無菌包裝。	片	口腔醫學科	114年06月新增通過
DD006320	止鼾牙套真空成型片	Oral appliance vacuum formed sheet	1、材質:TPU/PET-G，具硬軟兩面的透明複合材料。 2、厚度:1.8mm ±5%。 3、圓形片，直徑:125mm±5%。 4、非無菌包裝。	片	口腔醫學科	114年06月新增通過
PE000795	氧氣鼻導管-嬰兒	Nasal Cannula，infant	1、嬰兒專用,pvc材質。 2、長度：200cm。 3、一般接頭。 4、單一非滅菌包裝。	條	護理部	114年06月新增通過
FH004005	攝護腺消融系統輸送裝置組	Delivery Device Kit for BPH	1、單一無菌包裝。 2、帶有電纜和管子無菌遞送裝置： (1)電纜長度：240公分±1公分，數量1個。 (2)管子長度：425公分±1公分，數量1個。 3、無菌注射器： (1)成分PVC，材質塑膠。 (2)長度：15公分，數量1支。 4、無菌針劑穿刺接頭： (1)成分PVC，材質塑膠。 (2)無菌針劑穿刺接頭4公分，數量1支。 5、50ML無菌蒸餾水一瓶。	SET	泌尿科	114年06月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
XG003500	雙極高頻熱凝治療套管	BIPOLAR RF CANNULA	1、材質：頭端鎳鈦合金記憶金屬，表面特殊絕緣塗層。 2、套管長度&Tip端： 5cm直尖(單支獨立無菌包裝)。 10cm直尖(單支獨立無菌包裝)。 10cm彎尖(單支獨立無菌包裝)。 10cm彎鈍(單支獨立無菌包裝)。 15cm直尖(單支獨立無菌包裝)。 15cm彎尖(單支獨立無菌包裝)。 15cm彎鈍(單支獨立無菌包裝)。	支	影像醫學部	114年06月新增通過
XG003600	雙極高頻熱凝治療電極	RF CANNULA ELECTRODE	1、材質：鎳鈦合金記憶金屬，具有記憶回復特性。 2、電極長度： 5cm電極(單支獨立無菌包裝)。 10cm電極(單支獨立無菌包裝)。 15cm電極(單支獨立無菌包裝)。	支	影像醫學部	114年06月新增通過
FH001180	尿失禁尿道填充系統	Urethral Bulking System	1、滅菌透明凝膠1ml×2支(成份：2.5%的交聯聚丙烯醯胺polyacrylamide及97.5%的無熱原性水)。 2、可旋轉工作鞘1個。 3、滅菌針頭23G*12cm×2支。	EA	泌尿科	114年06月新增通過
FD081540	可吸收性氧化再生纖維素止血粉-2g	Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose(Powder)-2g	1、材質：氧化再生纖維素。 2、容量:2g。 3、PH值為中性。 4、單一無菌包裝。	EA	骨科部	114年06月新增通過
FD081550	可吸收性氧化再生纖維素止血劑-6ml	Absorbable hemostat of oxidized regenerated cellulose(Gel)-6ml	1、材質：氧化再生纖維素。 2、內含6ml止血劑注射針筒x1、延長管x1。 3、單一無菌包裝。	EA	骨科部	114年06月新增通過
FE002180	豬源明膠含凝血酶止血基質組	Gelatin Hemostatic Matrix Kit with Thrombin	1、成分：預濕潤豬明膠基質，凝血酶藥瓶*1(內含2000IU無菌凍乾人類凝血酶）、無菌注射器*1(內含2ml無菌注射用水)。 2、容量：8ml。 3、包裝：14cm可彎折導管*1，可剪裁導管*1 4、單一無菌包裝。	EA	一般外科	114年06月新增通過
FD044850	移動式X光機保護套(大)	Instrument and Equipment Cover(large)	1、形狀：長方形。 2、尺寸：長30-400cm*寬10-400cm，開口有鬆緊帶。 3、滅菌包裝。 4、材質：聚乙烯。	EA	骨科部	114年06月新增通過
FI000310	防沾黏阻隔凝膠-1.5ml	Adhesion Barrier Gel-1.5ml	1、成分：Cross-linked Hyaluronic Acid(20mg/ml) 2、劑量：1.5ml。 3、內容物：3ml注射器(預裝填本品凝膠)*1＋導管(塗藥器)*1。 4、滅菌包裝。	EA	神經外科	114年06月新增通過
FI000320	防沾黏阻隔凝膠-3ml	Adhesion Barrier Gel-3ml	1、成分：Cross-linked Hyaluronic Acid(20mg/ml) 2、劑量：3ml。 3、內容物：3ml注射器(預裝填本品凝膠)*1＋導管(塗藥器)*1。 4、滅菌包裝。	EA	神經外科	114年06月新增通過
CN405550	多重抗藥性結核菌檢驗試劑套組	MDR-TB test	1、每個test所需試劑為單包裝。 2、原理：自單一檢體中同時偵測結合菌DNA，以及rpoB、katG基因和多重抗藥性結核菌 inhA 基因啟動子區中變異的DNA。 3、需搭配全自動分生檢測分析儀。	test	檢驗部	114年04月新增通過
CN503350	肺炎黴漿菌抗原檢測試劑	Mycoplasma Pneumoniac antigen Rapid test	1、使用免疫層析法檢測。 2、可檢測鼻咽拭子等檢體。 3、附檢驗所需衛材用品。	test	檢驗部	114年04月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
CN503360	人類間質肺炎病毒快速檢測試劑	Human Metapneumovirus antigen rapid test	1、使用免疫層析法檢測。 2、可測鼻咽拭子或沖洗液檢體。 3、附檢驗所需衛材用品。	test	檢驗部	114年04月新增通過
CN302130	黴菌菌絲染色劑	Lacto Phenol Cotton Blue	1、每支試劑容量為0.5ml。 2、試劑成分:40%甘油、20%苯酚、20%乳酸、0.05%棉藍染劑和水。 3、適用於黴菌菌絲之染色劑。	支	檢驗部	114年04月新增通過
CN503450	革蘭氏陰性菌藥物敏感性試劑27項-包含頭孢他啶/阿維巴坦	Gram Negative AST Panel 27 item-including Ceftazi	1、需搭配全自動微生物鑑定藥敏試驗分析儀的原廠試劑。 2、適用於革蘭氏陰性桿菌藥物敏感性試驗27項-需包含Carbapaneamase與avibactam。	test	檢驗部	114年04月新增通過
CN404300	老虎黴素抗生素紙錠	Tigecycline Sensi Disc	1、抗生素紙錠成份含Tigecylcine 15ug。 2、適用於細菌藥物敏感性試驗。	片	檢驗部	114年04月新增通過
FH003630	第二代銩雷射汽化切除用光纖	Second Generation thulium laser fiber	1、尺寸:光纖內徑:550微米±50微米，光纖外徑:875微米±125微米，長度:2.75公尺±0.25公尺。 2、單一無菌包裝。 3、檢附該衛材操作儀器設備乙臺且於每次送交至使用單位時需有已保養過之保養檢測紀錄單供使用單位及醫工單位存查。	ea	泌尿科	114年04月新增通過
FL006850	心導管顯影劑注射軟管	High pressure tubing	1、材質：編織狀聚胺酯或同等品 2、長度：50-120公分。 3、可承受壓力：500-1200psi。 4、接頭：一端為氣密旋轉式接頭，另一端為固定式。	ea	心臟血管內科	114年04月新增通過
FE001170	單孔腹腔鏡導入套管組	Port kit	1、材質：塑膠。 2、套筒規格：5mm/2個，12mm/2個，傷口撐開器80mm。 3、無菌包裝。	ea	一般外科	114年04月新增通過
GA000108	3cc塑膠無菌刻度滴管	3cc dropper	1、材質：塑膠。 2、容量：3cc。 3、無菌單支包裝。	支	優生保健科	114年04月新增通過
GA003401	25T(25m2)培養瓶	cell culture flask	1、材質：塑膠。 2、尺寸：25T(25m2)。 3、無菌包裝。	個	優生保健科	114年04月新增通過
GA003403	35mm無菌培養皿	cell culture dish	1、材質：塑膠。 2、尺寸：直徑35mm。 3、無菌包裝。	個	優生保健科	114年04月新增通過
FD042100	抗菌傷口敷料3x17cm	wound dressing 3x17cm	1、防水層寬6*長20(cm±0.5%)。 2、吸收層寬3*長17(cm±0.5%)。 3、單一滅菌包裝。 4、外層材質：PU膜。 5、內層材質：抗菌高分子水膠。 6、抗菌成分PHMB（Poly hexamethylene biguanide）或同等品。	片	骨科部	114年04月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
PI001424	乳膠過敏手術手套 (滅菌)	Latex Allergy Surgical Gloves(Sterilized)	1、材質：具Synthetic polyisoprene合成聚異戊二烯塗層，非天然橡膠乳膠製成，無粉(粉末含量2mg以下)手術手套，不含乳膠成分，預防人員乳膠過敏反應。 2、尺寸：6.0-8.5(英寸)，長度11.5±0.3in/290±10mm，厚度(手指/手掌/穿口): 0.23mm/0.17mm/0.17mm。 3、無菌個別包裝： （1）單一滅菌包裝，每包一雙，內包裝須清楚標示左右手，穿口反摺手掌面朝上。 （2）包裝袋應清楚標示品名、規格、數量、製造廠商、批號及有效日期。 4、手腕處有連鎖條紋(interlockong)以及袖口捲邊設計，防滑減少袖口捲起。 5、需符合衛生主管機關各項安全檢查標準（等同或以上），並檢附第三公證檢驗機構證明文件，項目如下： （1）無粉手套之認定標準：EN ISO 21171 或ASTM D6124標準，每隻無粉手套殘餘粉末應不得超過2mg （2）防護性質：需符合EN 455-1、ASTM D5151之標準：水針孔測試AQL：0.65。 （3）細菌穿透測試：需符合EN 374-5、ISO 16604之標準，通過血源性噬菌體Phi-x174之穿透測試。 (4)物理性質：需符合ASTM D3577標準：抗力強度≧17MPa，伸長率≧650%，穿脫時不會拉破。 （5）Gamma滅菌證明。	雙	護理部	114年04月新增通過
FD032460	無結錨釘固定系統	Knotless Anchor	1、Anchor尺寸：3.9、4.75mm。 2、材質：PEEK。 3、形狀：螺紋、扣眼。 4、單一無菌包裝。	ea	骨科部	114年04月新增通過
FE002114	水凝膠手術傷口敷料(滅菌) 3x3cm	Hydrogel Wound Dressing 3x3cm	1、敷料吸收層為醫療及高分子聚合水凝膠敷料，中間為TPU，多向展延性不織布、外層被覆材為高彈性PU透氣膜與醫療及低敏感壓膠。 2、尺寸：30mmx30mm， Hydrogel(50mmx50mm含PU)。 3、或同等品。 4、單一無菌包裝。	片	一般外科	114年04月新增通過
FE002115	水凝膠手術傷口敷料(滅菌)5x5cm	Hydrogel Wound Dressing 5x5cm	1、敷料吸收層為醫療及高分子聚合水凝膠敷料，中間為TPU，多向展延性不織布、外層被覆材為高彈性PU透氣膜與醫療及低敏感壓膠。 2、尺寸：50mmx50mm， Hydrogel(70mmx70mm含PU)。 3、或同等品。 4、單一無菌包裝。	片	一般外科	114年04月新增通過
FE002116	水凝膠手術傷口敷料(滅菌)2.5x10cm	Hydrogel Wound Dressing 2.5x10cm	1、敷料吸收層為醫療及高分子聚合水凝膠敷料，中間為TPU，多向展延性不織布、外層被覆材為高彈性PU透氣膜與醫療及低敏感壓膠。 2、尺寸：25mmx100mm， Hydrogel(50mmx125mm含PU)。 3、或同等品。 4、單一無菌包裝。	片	一般外科	114年04月新增通過
FE002117	水凝膠手術傷口敷料(滅菌)3x17cm	Hydrogel Wound Dressing 3x17cm	1、敷料吸收層為醫療及高分子聚合水凝膠敷料，中間為TPU，多向展延性不織布、外層被覆材為高彈性PU透氣膜與醫療及低敏感壓膠。 2、尺寸：30mmx170mm。 Hydrogel(60mmx190mm含PU)。 3、或同等品。 4、單一無菌包裝。	片	一般外科	114年04月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FLMEB026	全身式溫毯墊	Full Body Blanket	1、材質：防水不織布或同等品。 2、長度：200-225公分。 3、寬度：60-90公分。 4、X光可透視。 5、進風口至少1個。	EA	心臟血管內科	114年04月新增通過
CB003550	小兒用拋棄式安全採血針	Disposable safety blood lancet	1、針頭：17G。 2、穿刺深度：2.0mm。 3、無菌包裝。	ea	檢驗部	114年02月新增通過
CB004150	尿液檢體收集器	Urine Collection Devices	1、試管大小須符合:16mm x 100mm x 11.0ml ± 1% 。 2、試管內無添加劑無塗層內壁。 3、滅菌試管。	支	檢驗部	114年02月新增通過
FI000350	自動噴塗硬腦膜及硬脊膜組織黏膠	AutoSpray Dural Sealant	1、成分：含活性聚乙二醇(PEG)酯粉末＋聚乙烯亞胺(PEI)溶液。 2、容量：6ml。 3、預裝組好噴塗系統。 4、單一無菌包裝。	ea	神經外科	114年02月新增通過
FI000360	自動噴塗硬腦膜及硬脊膜組織黏膠-附延長尖端噴嘴	AutoSpray Dural Sealant with extended tip nozzle	1、成分：含活性聚乙二醇(PEG)酯粉末＋聚乙烯亞胺(PEI)溶液。 2、容量：6ml。 3、預裝組好噴塗系統(含延長尖端噴嘴(17cm±3%)。 4、單一無菌包裝。	ea	神經外科	114年02月新增通過
FI000370	超音波吸引器系統-探頭＋管路組	Ultrasonic Aspirator System-Tip+Cassette	1、規格： (1)軟組織(纖維化)探頭12cm±3%、20cm±3%(含套管) (2)硬組織探頭10cm±3%、11cm±3%、12cm±3%、18cm± 3%、20cm±3%(含套管)。 (3)抽吸沖洗管路組/盒。 2、材質： (1)探頭:Titanium，Tecafom，PVC，Silicone，crosslinked polyolefin。 (2)管路:PVC，ABS，silicone。 3、單一無菌包裝。	set	神經外科	114年02月新增通過
FI000380	超音波吸引器系統-探頭	Ultrasonic Aspirator System-Tip	1、規格： (1)軟組織(纖維化)探頭12cm±3%、20cm±3%(含套管) (2)硬組織探頭10cm±3%、11cm±3%、12cm±3%、18cm± 3%、20cm±3%(含套管)。 2、探頭材質：Titanium，Tecafom，PVC，Silicone，crosslinked polyolefin。 3、單一無菌包裝。	ea	神經外科	114年02月新增通過
FH004050	超音波高強度聚焦治療系統耗材	HIFU Accessories FocalPak Set	1、除泡交換袋，材質：PVC塑料，數量1個 2、Ablasonic bag，材質：PVC塑料，數量1個 3、穿孔器，材質：ABS樹脂，數量1個 4、治療套組：反射片(材質反光片貼紙，數量1個)、固定繃帶(材質PE塑料膠帶，數量1個)、管路(材質PVC塑料，數量1個)	組	泌尿科	114年02月新增通過
FG004950	結膜淚囊導管	STOPLOSS JONES TUBE UBE	1、直徑3.5毫米與4.0毫米/長度9毫米-22毫米，末端矽膠緣。 2、材質：高硼矽酸玻璃末端矽膠緣。	ea	眼科部	114年02月新增通過
FG004810	自動固定淚管支架	Autostable stent	1、矽質管(25、30、35mm)。 2、單次使用。 3、附Dilator及guide。	ea	眼科部	114年02月新增通過
FG005550	矽質淚管-通透栓	Lacrimal intubation sets-perforated	1、矽質plug with PVP coating。 2、矽質Plug:直徑：1.2mm,長度： 1.5mm。 3、附推注器。	ea	眼科部	114年02月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FG002757	視網膜顯微手術鑷	Vitreoretinal Forceps	1、材質:塑膠，不銹鋼。 2、最大抓取力可達100克。 3、操控手柄時，鑷尖無前後移動。 4、規格：23Ga、25Ga、27Ga。 5、單一無菌包裝。 6、達式尖鑷/齒鑷/黃斑部長鑷/抓鑷四種設計。 7、鑷子長度：2~3.2±0.5毫米；執行長度：31.0~33.2±0.5毫米；全長151~153.2±0.5毫米。	ea	眼科部	114年02月新增通過
FG002870	視網膜顯微手術微細剪	Vitreoretinal Scissors	1、材質：塑膠，不銹鋼。 2、最大抓取力可達100克。 3、操控手柄時，器械尖端無前後移動。 4、尺寸：23G、25G。 5、單一無菌包裝。 6、規格：水平/垂直兩種設計。 7、鑷子長度：1.8~2.1±0.08毫米；執行長度：31.8~21.1±0.08毫米；總長度：151.8~152.12±0.08毫米。	ea	眼科部	114年02月新增通過
FG002825	自動固定穿刺套組	Ist one-step & autostable trocar system	1、3個套針插管。 2、1條灌注管。 3、透明的可拆卸矽膠閥門和錐形插管便於器械插入。 4、錐形插管，帶有特殊的罩膜環，隨時可用。 5、3毫米和4毫米罩膜標記。 6、配備23G/25G灌注管。 7、無菌包裝。	ea	眼科部	114年02月新增通過
FD033000	快速固定錨釘	Speed Sucture Anchor	1、Anchor尺寸：2.3mm。 2、形狀：三花葉片狀。 3、縫線寬度：1.2mm、2.0mm。 二條/材質：聚酯、超高分子聚乙烯(不附針)。 4、最大承受拉力：750N。 5、單一無菌包裝。	ea	骨科部	114年02月新增通過
FG009070	玻尿酸潤濕液	Hydration	1、成分：propylene glycol、polyethylene glycol 400、hyaluronate sodium、hydroxypropyl guar。 2、容量：0.7ml/支，單次使用塑膠瓶裝。	EA	眼科部	114年02月新增通過
FE001135	內視鏡除霧試紙	Clear Sight Wipe	1、每片內包裝尺寸為132mm×85mm。 2、每片已含浸泡除霧溶液之試紙。 3、每片皆單獨無菌包裝。	EA	一般外科	114年02月新增通過
AE001250	支氣管細胞取樣刷	Cytology Brush	1、細胞刷直徑3mm,護套直徑1.7mm，長度120cm。 2、刷毛材質：尼龍。 3、單支無菌包裝/單次使用。	ea	胸腔內科	113年12月新增通過
CT070093	糞便潛血反應試劑品管液	Occult Blood Reagent Control	1、原理：當血液（Hb）存在時，可催化H2O2轉變為H2O，同時將指示劑o-tolidine 氧化成藍色產物。 2、試劑敏感度為1萬倍(Hb≒15μg/mL)。	test	檢驗部	113年12月新增通過
CT002520	葡萄糖及酮體品管液	Control sol-StatStrip-Glu&KstoneL1/L3	兩個濃度品管液含高濃度及低濃度。	test	檢驗部	113年12月新增通過
CT002740	幽門螺旋桿菌抗原檢驗試劑	Helicobacter pylori antigen	1、幽門螺旋桿菌抗原檢測。 2、檢體來源：至少包含糞便。	test	檢驗部	113年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
RB000340	拋棄式注射肌電圖針電極	Disposable Hypodermic EMG Needle Electrode	1、一次性使用。 2、尺寸： 26G：針直徑0.45mm、針長37mm； 25G：針直徑0.5mm、針長50mm 3、單支無菌包裝。 4、材質：不銹鋼。	ea	復健醫學部	113年12月新增通過
FD019285	腰椎融合前置椎間融合固定系統(含螺釘)	Anterior Lumbar Interbody Fusion Cage(with screw)	1、椎間融合器搭配4支鎖定螺釘。 2、本體材質：分為Cage及Plate Cage材質：聚醚醚銅；Plate材質：鉭、Plate含4螺釘孔。 3、本體規格： 長：25-34mm、寬：32-40mm；前端高度：10.5-19mm，後端高度：4.5-17.2mm，前凸弧度：6度-18度。 4、螺釘材質：TAN。 5、螺釘種類：雙螺紋尖頭、鈍頭自攻。 6、螺釘長度：20-30mm、螺釘直徑：4mm±5%。 7、包裝：單一無菌包裝。	ea	骨科部	113年12月新增通過
FD032450	無結縫合錨釘	knotless Suture Anchor	錨釘： 1、直徑3.5mm～4.5mm。 2、材質：PolyEtherEtherKetone(PEEK)。 線材： 1、帶0～2條＃2高強度縫線。 2、材質：超高分聚乙烯。 錨釘桿體 1、具2個穿線拉環。 2、材質：不鏽鋼、塑膠。	ea	骨科部	113年12月新增通過
FG000760	短頭記號式鋼刀	Short-head with Marking bevel shape knife	1、刀刃規格：寬度2.0-3.0mm，長度5.0-7.0mm ；刀刃為double bevel，刀片附刻痕以利辨識切口深度，刀面防眩設計。 2、刀片材質：鋼刀。 3、刀面上需設有二段雷射刻痕，間隔約0.5mm。 4、刀柄保護盒材質：PC材質製成之塑膠刀柄，均配有一PC材質的透明刀座以保護刀體。 5、單一無菌包裝。	支	眼科部	113年12月新增通過
FG008100	自留式生物性角膜繃帶	Self-retaining biologic corneal bandage	1、眼科複合材質、單層冷凍羊膜移植物。 2、內徑為17.9毫米，外徑為21.6毫米。	EA	眼科部	113年12月新增通過
FG009182	非球面淡黃色人工水晶體	Acrylic Intraocular Lens	1、非球面、淡黃色。 2、材質：親水性壓克力。 3、光學直徑：6.0mm，全直徑12.5mm。 4、折射率1.46。 5、屈光度：-14.0D至+40.0D。	ea	眼科部	113年12月新增通過
FL004405	髂動脈分支血管支架	iliac branch endoprosthesis	1、主幹部直徑：23mm。 2、主幹部長度：10cm。 3、分支支架直徑：16mm。 4、分支支架長度：7cm。 5、支架材質：鎳鈦合金及聚酯纖維(PET)或同等品。 6、單一無菌包裝。	組	心臟血管外科	113年12月新增通過
FL002115	肺栓塞抽吸系統	P.E thrombectomy system	1、抽吸導管尺寸：7-11Fr。 2、抽吸導管長度：60-90cm。 3、內附抽吸管1組。 4、可通過導引線0.035"。	ea	心臟血管外科	113年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FF000740	矽膠膨體體彌補物(鼻部)	Biocompatible Silicone Implant(nose)	1、材質：醫療級矽膠。 2、形狀：L型。 3、尺寸：長：45～49mm；寬：8～9mm；高：25～26mm。 4、單一滅菌包裝。	支	整形外科	113年12月新增通過
FD044080	高頻熱凝儀-三爪針	Radio Frequency Generators Accessories	1、長度：5-20cm±5%。 2、燒灼最大範圍12mm±5%。 3、三爪針伸縮範圍0-5mm。 4、單次使用，單一滅菌包裝。 5、材質：由不鏽鋼組成，包含部份絕緣軸及塑膠材質手握輪軸蓋。手握輪軸蓋配置機械性設計，可操控三支尖頭伸縮功能。	PC	骨科部	113年12月新增通過
FD007860	椎體支架置入系統	Vertebral Body Stenting System	1、支架材料：鈷鉻鎢鎳合金。 2、尺寸：Small、 Medium、 Large。 3、支架形狀：球囊型。 4、支架長度：13-20mm。 5、最大擴張直徑：15-17mm。 6、最大容積：4.5-5.5ml。 7、最大承受壓力：30 bar±1%。 8、包裝：單一無菌包裝。	ea	骨科部	113年12月新增通過
FE001246	縫合釘釘匣(含縫合釘補強材料)-45 mm	Reinforced Reload 45mm	1、吻合長度45mm。 2、預先裝入聚乙醇酸(PGA)縫釘線補強材料。 3、單一無菌包裝。 4、鈦質縫合釘，補強材料聚乙醇酸。	ea	一般外科	113年12月新增通過
FE001247	縫合釘釘匣(含縫合釘補強材料)-60 mm	Reinforced Reload 60mm	1、吻合長度60mm。 2、預先裝入聚乙醇酸(PGA)縫釘線補強材料。 3、單一無菌包裝。 4、鈦質縫合釘，補強材料聚乙醇酸。	ea	一般外科	113年12月新增通過
FK000850	可彎式氣切管-8.0mm	Free-Angle Tracheostomy Tub-8.0mm	1、材質:PVC。 2、尺寸:76mm/長度，8.0mm/內徑，11.0mm/外徑。 3、形狀:有氣囊圓形長條狀。 4、單一無菌包裝。	ea	麻醉科	113年12月新增通過
DD000702	縮合式矽膠印模材用催化劑	Activator	1、成分：縮合式矽膠。 2、容量：60±10ml/盒。 3、須與putty及light body 同品牌。	ml	口腔醫學科	113年12月新增通過
DD000703	縮合式矽膠基底印模材	Putty soft	1、成分：縮合式矽膠。 2、容量：900±100ml/盒。 3、須與light body及Activator同品牌。	ml	口腔醫學科	113年12月新增通過
DD000704	縮合式矽膠修正印模材	light body	1、成分：縮合式矽膠。 2、容量：140±10ml/盒。 3、須與putty及Activator 同品牌。	ml	口腔醫學科	113年12月新增通過
FDMEB010	雙頭刨削刮刀鑽	CrossBlade	1、材質:不鏽鋼。 2、形狀：鋸齒狀/鑽頭狀。 3、直徑：4.0mm、5.5mm。 4、單一無菌包裝。	ea	骨科部	113年12月新增通過
VBMEB001	親水性濾膜連接管	Disposable Vacuum Line and Filter	1、材質:矽膠。 2、尺寸：接管頭4cm；連接管9.5Fr/240cm。 3、單一滅菌包裝，1條/包。	條	生殖醫學部	113年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FKMEB011	多體位上半身溫毯墊	Warming Blanket，Multi-position Upper Body	1、特殊空氣通道設計。 2、二個風管接口(左右兩側)搭配充電式溫毯機使用。 3、溫毯機上布滿透氣小孔，規格:尺寸198x61公分，材質：不織布 。 4、兩側手架固定帶。 5、多變型上半身式溫毯。 6、彎折型風道不受阻礙。 7、透明覆蓋巾。	ea	麻醉科	113年12月新增通過
PGMEB016	低溫電漿滅菌鍋用卡匣式滅菌劑	H2O2 CASSETTE	1、需搭配『低溫電漿滅菌鍋』之卡匣。 2、成份H2O2之過氧化氫供滅菌使用，濃度58%，5400μl±216μl。	ea	護理部	113年12月新增通過
RB003200	光纖針	Optical Fiber Needle	1、一次性使用。 2、光纖針尺寸：總長59mm，孔徑3.5mm，前段針長34mm。 3、需搭配氪氖雷射儀器使用。 4、單支無菌包裝。	EA	復健醫學部	113年10月新增通過
FD032440	推式鎖定縫合錨釘	Locking on Suture Anchor	1、材質：錨釘-聚醚醚酮熱塑性聚合物。 2、錨釘長8-14mm。 3、錨釘直徑2.5-3.5mm。 4、含穿線器。 5、單一無菌包裝。	EA	骨科部	113年10月新增通過
FD081470	腕掌關節微型肌腱固定懸吊紐	CMC Mini Repair System	1、材質： (1)金屬鈕：316L不銹鋼金屬。 (2)縫針/中空縫針:不銹鋼金屬。 (3)縫線：超高分子量聚乙烯、聚酯纖維及矽氧樹脂聚合物塗層，包含尼龍。 2、規格： (1)不銹鋼金屬鈕，橢圓形直徑2.6mm(±0.5%)。 (2)縫針/中空縫針：直徑1.1mm(±0.5%)。 (3)2#縫線 55mm(±0.5%)。 3、微創切除工具+穿線器。 4、單一無菌包裝。	EA	骨科部	113年10月新增通過
FG009102	全焦段連續性對焦散光人工水晶體	Instant Focus Toric IOL	1、單片可折疊人工水晶體。 2、材質：親水丙烯酸(含水量26%)。 3、提供5.0D-30.0D(by0.5D steps)CYL：1.00D/1.50D/2.25D/3.0D/3.75D度數。 4、加入EDOF技術。 5、光學區直徑6.0mm，前表面為非球面結構。 6、外徑有10.8mm。 7、採封閉式環狀腳位。 8、360度方形邊緣設計。 9、紫外線防護可阻斷370nm臨界波長。	EA	眼科部	113年10月新增通過
AE001400	拋棄式成人集水瓶	Water Trap	1、材質：PP。 2、口徑：22mmOD/22mmOD。 3、可容納水量：50CC。 4、單次使用。	個	胸腔內科	113年10月新增通過
AE000760	Hytrel管路(長管及短管)長度90 cm	Ventilator Tubing(90cm)	1、Hytrel材質,內管平滑。 2、可耐巴斯德消毒或EO消毒。 3、ISO 22mmID口徑。 4、長度：90cm。	條	胸腔內科	113年10月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FI000700	生物可吸收骨替代材料-1cc	Bioactive Synthetic Putty(1cc)	1、材質：磷酸三鈣(β-TCP)30%、生物活性玻璃35%(45S5，bioactive glass)35%載體，包括聚乙二醇(PEG)、羧甲基纖維素(CMC)甘油(Glycerol)。 2、類型：PUTTY。 3、數量：1.0cc±5%。 4、滅菌包裝或同等品。	EA	神經外科	113年10月新增通過
FI000701	生物可吸收骨替代材料-2.5cc	Bioactive Synthetic Putty(2.5cc)	1、材質：磷酸三鈣(β-TCP)30%、生物活性玻璃35%(45S5，bioactive glass)35%載體，包括聚乙二醇(PEG)、羧甲基纖維素(CMC)甘油(Glycerol)。 2、類型：PUTTY。 3、數量：2.5cc±5%。 4、滅菌包裝或同等品。	EA	神經外科	113年10月新增通過
FI000702	生物可吸收骨替代材料-5cc	Bioactive Synthetic Putty(5cc)	1、材質：磷酸三鈣(β-TCP)30%、生物活性玻璃35%(45S5，bioactive glass)35%載體，包括聚乙二醇(PEG)、羧甲基纖維素(CMC)甘油(Glycerol)。 2、類型：PUTTY。 3、數量：5cc±5%。 4、滅菌包裝或同等品。	EA	神經外科	113年10月新增通過
FD044575	皮膚黏膠	Topical Skin Adhesive	1、容量：1g(1ml)±5%。 2、成分：合成醫用黏著劑成分(2-氰基丙烯酸辛酯(2-Octylcyanoacrylate)。 3、無菌包裝。	支	骨科部	113年10月新增通過
TBMEB013	經鼻高流量氧氣鼻導管(小兒用)-XXL號	High Flow Nasal Cannula(XXL)	1、材質：TPE塑膠。 2、氧氣流量：1-50L/min；管路長度：30cm(±1cm)；管路長度(含接頭)：34cm(±1cm)。 3、每條鼻導管需配人工皮魔鬼氈貼片兩片，可固定鼻導管於鼻翼兩側。 4、非滅菌單一次使用。	條	小兒科	113年10月新增通過
FLMEB025	凝血時間測試晶片	Kaolin ACT	1、透明晶片卡匣內含Kaolin ACT、Celite ACT等測試功能。 2、需搭配Abbott I-STAT 1 ANALYZER 儀器使用。	EA	心臟血管內科	113年10月新增通過
CC000800	血液氣體分析儀品管液組	GAS CONTROL	需搭配血液氣體分析儀品管液所需試劑。	ml	檢驗部	113年8月新增通過
CN306800	沙門氏菌品管套組	Salmonella control	沙門氏菌分型之陽性品管菌。	test	檢驗部	113年8月新增通過
CN306810	志賀氏菌品管套組	Shigella control	志賀氏菌分型之陽性品管菌。	test	檢驗部	113年8月新增通過
CN403850	隱球菌抗原檢測組	Cryptococcus Ag Test KIT	利用快速免疫層析檢驗法檢測人類血清和腦脊髓液 (CSF) 中的隱球菌之莢膜多醣抗原。	test	檢驗部	113年8月新增通過
VB002410	胚胎植入液	Transfer Medium	10ml/瓶 需通過鼠胚培養及無內毒素測試〈每一瓶均附有原廠品管合格分析表)。	ml	生殖醫學部	113年8月新增通過
FD044590	手術傷口封合系統-22cm	Fusion Skin Closure System-22cm	1、容量：2管液體黏著劑1.75g+1個網格貼片4cm×22cm±5%。 2、成分：合成醫用黏著劑成分(2-氰基丙烯酸辛酯(2-Octylcyanoacrylate)及人造纖維(聚酯纖維)。 3、無菌包裝。	組	骨科部	113年8月新增通過
FD044591	手術傷口封合系統-30cm	Fusion Skin Closure System-30cm	1、容量：2管液體黏著劑1.75g+1個網格貼片4cm×30cm±5%。 2、成分：合成醫用黏著劑成分(2-氰基丙烯酸辛酯(2-Octylcyanoacrylate)及人造纖維(聚酯纖維)。 3、無菌包裝。	組	骨科部	113年8月新增通過
FD044592	手術傷口封合系統-60cm	Fusion Skin Closure System-60cm	1、容量：3管液體黏著劑1.75g+2個網格貼片4cm×60cm±5%。 2、成分：合成醫用黏著劑成分(2-氰基丙烯酸辛酯(2-Octylcyanoacrylate)及人造纖維(聚酯纖維)。 3、無菌包裝。	組	骨科部	113年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD019131	雙螺紋微創骨水泥釘	Double thread MISS Bone Cement Screw	1、螺絲含有側孔且為cannulated screw。 2、鈦合金材質，釘杯負角度螺紋鎖緊機制、雙螺紋釘身。 3、直徑：4.5:8.0mm(間隔0.5mm)。 4、長度：25:110mm(間隔5mm)。	EA	骨科部	113年8月新增通過
FD019132	彎形平滑桿(短桿)	Curve Smooth Short Rod	1、鈦合金材質。 2、直徑：4.0:5.5mm(間隔0.5mm)。 3、長度：40-100mm(間隔10mm)。	EA	骨科部	113年8月新增通過
FD019133	彎形平滑桿(長桿)	Curve Smooth Long Rod	1、鈦合金材質。 2、直徑：4.0:5.5mm(間隔0.5mm)。 3、長度：110-200mm(間隔10mm)；250-500mm(間隔50mm)。	EA	骨科部	113年8月新增通過
FD019134	雙螺紋微創釘	Double thread MISS Screw	1、螺絲為cannulated screw。 2、鈦合金材質，釘杯負角度螺紋鎖緊機制、雙螺紋釘身 3、直徑：4.5:8.0mm(間隔0.5mm) 4、長度：30:80mm(間隔5mm)	EA	骨科部	113年8月新增通過
FG009474	預裝式延伸焦段非球面親水性人工水晶體推注系統	Preloaded Hydrophilic Acrylic IOL Injection Syste	1、光學直徑Optic size:6.0mm。 2、全長Overall Length:12.5mm。 3、支撐腳：0度全平坦式 4、度數範圍:+10.0D~+30.0D(度距0.5D)。 5、A-Constant Optical:118.6；Ultrasound：118.0。	個	眼科部	113年8月新增通過
FG009174	非球面全焦段第二代散光老花矯正預載式人工水晶體	Continuous range of vision presbyopia correcting	1、含有紫外光吸收材料(UVAN)及紫光過濾色團的軟性可折疊的疏水性丙烯酸酯(Acrylic)。 2、屈光度數：＋5.0D--＋34.0D，0.5D漸增。 3、散光度數：1.00、1.50、2.25、3.00、3.75。 4、光學區：中心厚度0.7mm，邊緣設計protec360度後環繞方邊緣。支撐腳：厚度0.46mm、TRIFIX設計改良C型，整合於光學部。	PC	眼科部	113年8月新增通過
FG009508	人工玻璃體0.75ml	0.75ML STERILE OCULAR VISCOELASTIC SOLUTION	1、黏滯係數為40,000＋/-20,000cps，滲透壓為325+/-40mOsM，PH值為7.0～7.5。 2、每ml含sodium chondroitin Sulfate 40mg/sodium Hyaluronate 30mg 0.75ml/支 3、儲存於冰箱攝氏2～8度中，防止結凍。	EA	眼科部	113年8月新增通過
FL004375	開放式四分支人工血管支架系統	Open Graft with stent	1、人工血管部直徑:26-30mm。 2、支架部分直徑:20-40mm。 3、分支部分直徑:8-12mm。 4、支架材質：鎳鈦合金及聚酯纖維(PET)或同等品。 5、單一無菌包裝。	組	心臟血管外科	113年8月新增通過
FH001725	組織凝結刀	Fusion Device	1、材質：金屬、塑膠。 2、軸寬長尺寸：5mm×37cm、5mm×44cm、5mm×23cm(以上規格±1%)。 3、封口長度：20mm(±1%)。 4、切割長度：18mm(±1%)。 5、單一無菌包裝。	PC	泌尿科	113年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH000710	輸尿管擴張導管	Ureteral DILATATION CATHETERS	1、導管直徑:5.8Fr。 2、工作長度:75cm±1cm。 3、工作通道：0.038cm±0.001cm。 4、氣球膨脹外徑：12/15/18/21/24/30Fr。 5、氣球長度：4/6/8/10cm±0.5cm。 6、氣球材質：Polyether block amide。 7、氣球表面具親水塗層。 8、氣球壓力≦20ATM。 9、錐形遠端。 10、導管具不透輻射線的標記帶及抗扭結及非順應性。 11、單一無菌包裝。	EA	泌尿科	113年8月新增通過
FH002105	無結可吸收性多醣體交脂類外科縫合線	Monoderm Knotless Tissue-Closure Device	1、材質：可吸收性多醣體交脂類。 2、單鉤線長度：20～60cm±1cm，雙鉤線長度：16cm×16cm±1cm。 3、縫線直徑(USP):4-0～2-0 4、針弧度:17mm～26mm±1mm。 5、圓針及角針。 6、帶倒鉤的縫線，適用於可吸收縫線的軟組織縫合。 7、單一無菌包裝。 8、僅適用於內視鏡手術。	包	泌尿科	113年8月新增通過
FH002106	無結可吸收性聚對二氧環已酮外科縫合線	PDO Knotless Tissue-Closure Device	1、材質：可吸收性聚對二氧環已酮。 2、線長度：15～70cm±1cm。 3、縫線直徑(USP): 2-0～2。 4、針弧度:17mm～40mm±1mm。 5、圓針及角針。 6、帶刺狀的縫線，適用於可吸收縫線的軟組織縫合。 7、單一無菌包裝。 8、僅適用於內視鏡手術。	包	泌尿科	113年8月新增通過
FE001050	可丟棄式熱敷墊-11x36公分	Heat Pad -11x36cm	1、材質：PVC。 2、成分：醋酸鈉、鋼片。 3、長度：11x36公分。 4、單一無菌包裝。	個	一般外科	113年8月新增通過
FE001060	可丟棄式熱敷墊-13x19公分	Heat Pad -13x19cm	1、材質：PVC。 2、成分：醋酸鈉、鋼片。 3、長度：13x19公分。 4、單一無菌包裝。	個	一般外科	113年8月新增通過
RB003100	軟組織適應性生物相容玻尿酸	Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyalurnic Acid	1、材質：黏彈性溶液。 2、容量：1.2ml。 3、成分：1%無菌玻尿酸澄清溶液。 4、包裝：單一無菌製程包裝。	支	復健醫學部	113年8月新增通過
CRMEB010	凝血時間測定儀對照組	Coagulation control	需搭配凝血時間測定儀所需試劑	ea	檢驗部	113年8月新增通過
FHMEB099	智慧型強力凝血鈦刀	sealer/Divider	1、器械工作長度：37cm±0.5cm。 2、器械直徑：5mm±0.5mm。 3、有雙極止血功能。 4、鉗口有鈦金屬塗層。 5、有手動式出刀功能。 6、有附原廠連接主機線。 7、有自動鎖定以及自動解除功能。 8、器械輸出功率可由主機隨時偵測。	支	泌尿科	113年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AEMEB009	超音波支氣管鏡抽吸生檢針	EBUS-aspirstion Need	1、最大插入部直徑:1.9mm。 2、工作長度:700mm。 3、針徑:內針:21G,外針:19G。 4、針長0-80mm。 5、最大針長:40mm。 6、材質:塑膠與金屬。 7、無菌單一包裝。 8、需能搭配單位超音波支氣管鏡主機及管鏡，進行超音波引導之穿刺切片術及細針細胞穿刺術。	set	胸腔內科	113年8月新增通過
AEMEB010	超音波支氣管鏡充水囊	EBUS-balloon	1、材質:乳膠。 2、形狀:圓形狀。 3、單一無菌包裝。 4、需能搭配單位超音波支氣管鏡主機及管鏡，並套於超音波支氣管鏡前端，注入水當媒介，協助超音波支氣管鏡觀察，進行超音波引導之穿刺切片術及細針細胞穿刺術。	ea	胸腔內科	113年8月新增通過
FDMEB009	微型鑽頭	Micro Bur	1、尺寸:2.4~6mm。 2、材質:不繡鋼。 3、形:圓/橢圓。 4、單一無菌包裝。	ea	骨科部	113年8月新增通過
FG006810	眼用檢測凝膠	Ocular Diagnostic Gel	1、成分::0.45% carbopol 980 NF、1.92% propylene glycol。 2、規格:透光率90%、滲透壓265-320mOsm/kg、黏度66-100Pa*s。 3、容量:3ml。	支	眼科部	113年6月新增通過
FG006520	青光眼微軟管引流治療系統	Glaucoma gel implant system	1、材質:明膠。 2、微軟管植入物尺寸:長度6mm、外徑150μm、內徑45μm。 3、單一無菌包裝。	ea	眼科部	113年6月新增通過
FD019271	後方腰椎椎間融合器	Posterior lumbar interbody fusion Cage	1、材質:鈦合金。 2、尺寸(長*寬):L9*W22mm、L9*26mm、L9*W30mm；L11*W22mm、L11*W26mm、L11*W30mm。 3、高度:7，8，9，10，11，12，13，14，15，16mm。 4、前凸弧度:4"，8"，12"，18"。	ea	骨科部	113年6月新增通過
FD001610	中空骶骨翼-髂骨螺絲系統	Sacral-Alar-Iliac Screw System	1、材質:鈦合金Ti6A14V。 2、螺紋:半螺紋、全螺紋。 3、尺寸:直徑:7-10mm、長度:65-110mm。 4、螺杯偏角角度:0度-35度。	ea	骨科部	113年6月新增通過
FE000560	立體加強修補編織網	3D ANATOMICAL REINFORCEMENT	1、材質:Polyproplene(聚丙烯)。 2、尺寸:分左/右16cm*11cm。 3、單一無菌包裝。	片	一般外科	113年6月新增通過
FE001750	氣胸引流組(含單向引流閥)	PNEUMOTHORAX SET	1、材質:聚氨酯。 2、尺寸:10.2-14Fr，長度29cm。 3、豬尾巴導管每公分有刻度。 4、單向引流閥*1。 5、3-way*1。 6、穿刺針18Ga*2。 7、單一無菌包裝。	組	一般外科	113年6月新增通過
FE001245	縫合系統-縫合器	Stapling system-stapler	1、電動縫合系統，可使用長度30mm/45mm/60mm縫合釘；及釘腳高度2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm尺寸縫合釘。 3、材質:電動槍塑膠外殼。 4、單一無菌包裝。	ea	一般外科	113年6月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AI015000	抗間變性淋巴瘤激酶免疫病理組織化學試劑	Anti-ALK(D5F3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1、偵測間變性淋巴瘤激酶蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml，約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015001	抗原致癌基因免疫病理組織化學試劑	Anti-BRAF V600E(VEI)	1、偵測BRAF蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml,約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015002	抗人類上皮因子接受體第二蛋白免疫病理組織化學試劑	PATHWAY anti-HER-2/neu(4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1、偵測HER-2蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml,約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015003	抗種神經營養酪氨酸受體激酶免疫病理組織化學試劑	pan-TRK Assay	1、偵測pan-TRK蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml,約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015004	抗稱細胞程式死亡配體一 (SP142)單株一級抗體免疫病理組織化學試劑	PD-L1(SP142) Assay	1、偵測PD-L1(SP142)蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml,約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015005	抗稱細胞程式死亡配體一(SP263)單株一級抗體免疫病理組織化學試劑	PD-L1(SP263) Assay	1、偵測PD-L1(SP263)蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml, 約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI015006	原癌基因酪氨酸蛋白激酶單株一級抗體免疫病理組織化學試劑	ROSI(SP384) Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1、偵測ROSI(SP384)蛋白質。 2、需搭配儀器使用。 3、一瓶5ml,約可使用50件。	test	病理部	113年6月新增通過
AI004610	硝酸銀特殊染色試劑套組	GMS II Staining KIT	1、一般用於真菌的檢查，固定液以不含水分者為佳。內含同品牌之Oxidizer contains、 Neutralizer、Silver A、 Silver B、Toner、Fixer、Light Green 。 2、一組可做75件。 3、每瓶各22~27ml,稀釋使用。	test	病理部	113年6月新增通過
AI004620	結締組織三色特殊染色試劑套組	TRICHROME Staining KIT	1、一般用於結締組織的檢查，固定液以不含水分者為佳。內含同品牌之Bouin’s reagent、Hematoxylin A reagent、Hematoxylin B reagent、Red reagent、Mordant reagent、Clarifier reagen、Blue reagen，各1瓶。 2、一組可做75件。 3、每瓶約15~27ml,稀釋使用。	test	病理部	113年6月新增通過
AI004630	抗酸菌特殊染色試劑套組	AFB Staining Kit	1、一般用於抗酸菌的檢查，固定液以不含水分者為佳。內含同品牌之Core Stain、Core Decolorizer、Aniline Blue，各1瓶 。 2、一組可做75件。 3、每瓶各27ml,稀釋使用。	test	病理部	113年6月新增通過
FE001120	無線超音波刀裝置13cm	Cved Jaw Ultrasonic Dissection Device 13cm	13cm長，16.7cm*3.9cm*25.8cm，重量0.15公斤，有電源片長度14.5mm，組裝的裝置重量0.45公斤。	ea	一般外科	113年6月新增通過
FE001121	無線超音波刀裝置26cm	Cved Jaw Ultrasonic Dissection Device 26cm	26cm長，16.7cm*3.9cm*38.9cm，重量0.17公斤，有電源片長度14.5mm，組裝的裝置重量0.47公斤。	ea	一般外科	113年6月新增通過
FE001122	無線超音波刀裝置39cm	Cved Jaw Ultrasonic Dissection Device 39cm	39cm長，16.7cm*3.9cm*51.1cm，重量0.18公斤，有電源片長度14.5mm，組裝的裝置重量0.48公斤。	ea	一般外科	113年6月新增通過
FE001123	無線超音波刀裝置48cm	Cved Jaw Ultrasonic Dissection Device 48cm	48cm長，(高*寬*深)16.7cm*3.9cm*60.7cm，重量0.19公斤，有電源片長度14.5mm，組裝的裝置重量0.49公斤。	ea	一般外科	113年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FJMEB027	扁桃腺切除器	tonsillectomy device	1、前端無旋轉軸長120mm，軸寬3.3mm。 2、鉗嘴型式:彎式。 3、單次使用。 4、可自動偵測阻抗。 5、可用於直徑不超過3mm的血管(動脈和動脈)和淋巴管。 6、器械可銜接配合現有電燒機設備使用。	ea	耳鼻喉科	113年6月新增通過
FGMEB034	視網膜電位圖角膜電極片	Electroretinogram Electrodes	基弧:7.5mm、鏡片直徑:12mm、鏡片中心厚度:0.67mm、電阻約12歐姆。 傳輸視網膜電信號之傳輸線為單支無菌包裝。	個	眼科部	113年6月新增通過
CRMEB009	滲透壓測定儀試劑及耗材	Osmometer reagennts and consumables	需搭配滲透壓測定儀，提供分析、品管、校正及日常保養全部所需試劑及耗材。	test	檢驗部	113年6月新增通過
CW401120	CD15螢光抗體	CD15 Antibody	可專一辨識CD15表面抗原的螢光抗體，需搭配流式細胞儀分析，可於一管內診斷PNH。	人次	檢驗部	113年4月新增通過
CW401130	CD24螢光抗體	CD24 Antibody	可專一辨識CD24表面抗原的螢光抗體，需搭配流式細胞儀分析，可於一管內診斷PNH。	人次	檢驗部	113年4月新增通過
CW401140	CD45螢光抗體	CD45 Antibody	可專一辨識CD45表面抗原的螢光抗體，需搭配流式細胞儀分析，可於一管內診斷PNH。	人次	檢驗部	113年4月新增通過
CW401150	紅血球裂解液	Lyse solution	於白血球螢光抗體染色後，裂解紅血球用，免清洗，需搭配流式細胞儀分析。	人次	檢驗部	113年4月新增通過
FD019102	經皮脊椎固定系統-螺釘	Percutanous Spinal Pystem-Screw	Screw:φ5.5mm*(33mm-55mm),φ6.5mm*(30mm-60mm), φ7.5mm*(30mm-60mm) ；以上尺寸±5%。	支	骨科部	113年4月新增通過
FD019103	經皮脊椎固定系統-固定桿	Percutanous Spinal Pystem-Rod	Rod:φ6.0mm*(30mm-90mm)；以上尺寸±5%。	支	骨科部	113年4月新增通過
FL004337	動靜脈廔管親水性導引線(短)	A-V Shunt Hydrophilic Guidewire(Short)	1、導引線直徑:0.025"-0.035"。 2、導引線長度:150-180cm。 3、導引線表面需有親水性塗層。 4、具有可操控金屬合金芯桿線(或同等品)。 5、單一無菌包裝。	ea	心臟血管外科	113年4月新增通過
FL004338	動靜脈廔管親水性導引線(長)	A-V Shunt Hydrophilic Guidewire(Long)	1、導引線直徑:0.025"-0.035"。 2、導引線長度:230-260cm。 3、導引線表面需有親水性塗層。 4、具有可操控金屬合金芯桿線(或同等品)。 5、單一無菌包裝。	ea	心臟血管外科	113年4月新增通過
FG009418	預裝三焦點散光親水性人工水晶體推注系統	Trifocal Toric Preloaded Hydrophilic Acrylic IOL	1、規格:光學直徑6.0mm、全長12.5mm，單一成型親水性壓克力。 2、球面度數:+6.0D~30.0D(度距0.5D)。散光度數:+0.75D、+1.5D、 +2.25D、+3.0D、+3.75D、+4.5D；三焦點/繞射:近距+3.50D、中距 +1.75D(在IOL平面)	片	眼科部	113年4月新增通過
FG000750	圓弧狀2.0mm鋼刀(滅菌)	Crescent 2.0mm Knife(Sterile)	1、材質:不銹鋼刀片，手柄為塑膠。 2、鋼刀寬度2.0mm。 3、新月型鋼刀，斜面朝上。 4、單一無菌包裝。	支	眼科部	113年4月新增通過
FG006510	青光眼房水引流植入物	Glaucoma Implant	1、材質:矽膠，無瓣膜之設計。 2、長度: 44.9mm、寬度: 23mm。 3、單一無菌包裝。	ea	眼科部	113年4月新增通過
FG009060	眼科手術角膜保護液	Advanced polysaccharide blend	1、規格:2ml/支。 2、規格:2.3%HPMC，0.1%Xanthan gum，0.05%Carrageenin。	支	眼科部	113年4月新增通過
FG000120	30G前房平針頭導管	Manual ophthalmic surgical instrument	1、30G平針頭(其中6mm為前端彎曲長度)。 2、材質:金屬、塑膠。 3、形狀:外觀一般注射針頭。 4、單一無菌包裝。	支	眼科部	113年4月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH002415	人工睪丸植入物	Tesicular Prosthesis	1、低硬度固態矽膠。 2、規格:S、M、L、XL。 3、單一無菌包裝。	ea	泌尿科	113年4月新增通過
FH001902	3D攝護腺切片探頭導引器及支架	3D Prostate Biopsy Probe Perine and Probe Bracket	1、3D攝護腺切片探頭導引器: (1)3D側射式腔內探頭導引器。 (2)相容穿刺針:Ø=17-20G(建議最小穿刺針長度:20cm)。 (3)材質:Propylux聚合物。 (4)滅菌方式:雙層滅菌包裝。 2、3D攝護腺切片探頭支架: (1)3D側射式腔內探頭支架。 (2)材質:Propylux聚合物。 (3)尺寸(長*寬*高):9公分*9公分*11公分(±0.5公分)。 (4)滅菌方式:雙層滅菌包裝。	次	泌尿科	113年4月新增通過
FI013060	顱內遠端引導導管	Intracranial Distal Access Catheter	1、材質:Pebax、Nitinol Ribbon。 2、尺寸:ID:0.058/0.060/0.068 in±3%；長度:115/125/132cm±3%。 3、形狀:條狀。 4、包裝:單一無菌包裝。	ea	神經外科	113年4月新增通過
FGMEB031	前房玻璃體切除手術包	Aterior Vitrectomy Pack	1.切口大小：20G。 2.材質：金屬、塑膠。 3.內含：公轉接頭、管線、注水針頭。 4.搭配Stellaris使用。 5.用於眼睛前房玻璃體切除術。	Pack	眼科部	113年4月新增通過
FGMEB032	27Ga眼用吊頂燈	chandelier 27Ga	1、切口大小:27ga。 2、長度:84±6英吋。 3、材質:silicone、Acrylic。	ea	眼科部	113年4月新增通過
FGMEB033	青光眼經睫膜睫狀體雷射探頭傳輸裝置	TSCPC Handpiece	1、能量調整可從0至3000mw。 2、材質:壓克力探頭長度10cm，寬1cm，傳輸線長200cm。 3、單一無菌包裝。	支	眼科部	113年4月新增通過
AHMEB002	糖化血紅素檢驗試劑	HbA1c test	1、適用於指尖血及靜脈全血檢體，採血量微1.5μl。 2、分析時間為3.5分鐘，測量結果範圍4.0-15.0%。	個	內分泌及新陳代謝科	113年4月新增通過
FC005050	非醛無氯成份之診間高層次消毒測試紙	non-aldehydes-non-chlorine high-level disinfectant Test Strip	需搭配非醛無氯成份之診間高層次消毒液最低有效濃度測試紙。	片	外科部	113年2月新增通過
FG009421	三焦點延焦段人工水晶體	TRIFOCAL INTRAOCULAR LENS	1、材質:Trifocal。 2、無縫視覺技術、Enhanced Deptgh of Focus(EDOF)三焦點延焦段、可折疊、非球面、UV過濾、疏水性表面。 2、光學直徑:6.0mm。 3、光學設計:無縫視覺技術。 4、支撐腳大小:11.0mm。 5、支撐腳設計:平板。 6、支撐腳角度:0度。 7、阿貝數:58。 8、透光率:92%。 9、分光: (1)明亮情形，41%遠程、30%中程、29%近程。 (2)中等亮度情況，45%遠程、25%中程、30%近程。 10、方邊:360度全方邊。 11、屈光度數範圍:0.0D到+32.0D(以0.50D增加)。 12、過濾400-480nm的紫/藍光。	ea	眼科部	113年2月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
HF001205	洗腎用雙腔輸液導管組#25	Hemodialysis catheter set #25	1、導管長度:25公分，11-14Fr，可顯影，延長管有止血夾免真注射接頭。 2、J型尖端導引線，線長60-70cm，配有導引線推送裝置。 3、引導針18Ga，針長6-7cm，配有空針。 4、組織擴張器。	組	腎臟內科	113年2月新增通過
JC000370	恥骨韌帶懸吊網片	Mesh for Pectopexy	1、材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride)。 2、主網片尺寸:3*18cm。 3、無菌包裝。	片	婦產科	113年2月新增通過
FD019370	活動式頸椎骨板(二-三節)	Cervical Plate(2-3 Levels)	1、材質:鈦合金。 2、調節式骨板:長23-55mm、寬19±1mm、高2.5±0.1mm，螺絲間距28-46mm，鋼板上下兩節可展延2-4mm。 3、多角度螺絲:直徑4.0-4.5mm、長12-18mm，頭尾變換角度24-28度，內外側變換角度0-14度內。	set	骨科部	113年2月新增通過
FD019380	活動式頸椎骨板(四-五節)	Cervical Plate(4-5 Levels)	1、材質:鈦合金。 2、調節式骨板:長54-109mm、寬19±1mm、高2.5±0.1mm，螺絲間距45-69mm，鋼板上下兩節可展延2-4mm。 3、多角度螺絲:直徑4.0-4.5mm、長12-18mm，頭尾變換角度24-28度，內外側變換角度0-14度內。	set	骨科部	113年2月新增通過
FH001045	安全擴張器	Single-Use Access System	1、材質:塑膠尼龍。 2、尺寸:圓筒狀5mm、11mm、12mm，標準長(10cm)。 3、規格:5mm、11mm、12mm皆為標準長(10cm)。 4、單一滅菌包裝。	set	泌尿科	113年2月新增通過
FD023009	高密度骨水泥系統	Spine HV AQUA System	已滅菌拋棄式的封閉系統，含粉劑18g of sterile power(聚甲基丙烯酸甲酯，硫酸鋇，過氧化苯甲醯)、溶劑8.3g of sterile liquid（甲基丙烯酸甲酯，二甲基對甲苯胺加對苯二酚)及 液壓推進系統	ea	骨科部	113年2月新增通過
AC002860	食道支架	Esophageal Stent	1、尺寸:支架外徑18-24mm，總長度60-170mm，全覆膜、部分覆膜，推送器長度:700mm，推送器外徑:18-24Fr，支架形狀:條狀。 2、材質:鎳鈦合金網/矽覆膜。 3、包含逆止閥技術可防止體液逆流。 4、單次使用無菌衛材。	支	消化內科	112年12月新增通過
AC002020	導管式膽胰管內視鏡	Catheter Based Cholangiopancreaticoscope	1、材質：管材：PTFE、Stainess 2、工作長度：214cm，最大插入部分寬度：3.6mm，遠端尖端寬度：3.5mm，最小附件通道寬度：1.2mm。 3、視野120度，觀測方向：0度(正前方觀測)，最小旋轉範圍：30度。 4、功能：可為膽胰管系統的內視鏡手術過程的診療應用提供直視影像。 5、單次使用無菌內視鏡。	ea	消化內科	112年12月新增通過
AC001140	導管式膽胰管內視鏡取石網	Catheter Based Cholangiopancreaticoscope retrieval basket	1、材質：Wire為Nitinol 2、工作長度：286cm，網子直徑：15mm，需與最小附件通道寬度1.2mm相容。 3、功能特性：四網設計並於tip端呈現八網設計，易於透過內視鏡取出膽胰系統的結石、碎屑或異物。 4、單次使用，單一無菌包裝。	ea	消化內科	112年12月新增通過
AC001840	導管式膽胰管內視鏡組織夾	Catheter Based Cholangiopancreaticoscope biopsy forceps	1、材質：不銹鋼。 2、工作長度：286cm，外徑：1mm，開口直徑：4.1mm，角度：55度，需與最小附件通道寬度1.2mm相容。 3、功能特性：鉗口前端及側邊增加微齒設計，提高在膽胰系統內採集組織檢體進行檢查。 4、單次使用，單一無菌包裝。	ea	消化內科	112年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD019350	擴張式錐體切除術用椎籠(頸椎)	Expandable Corpectomy System(Cervical)	1、材質:鈦合金。 2、規格:直徑:13mm±5%、高度:16-59mm±5%、角度:0-8度±5%、末端蓋角度:0度、8度、15度±5%、末端蓋直徑:13、16mm±5%。 3、形狀:圓柱狀。 4、非滅菌包裝。	ea	骨科部	112年12月新增通過
FD023020	擴張式椎體切除術用椎籠(胸腰椎)	Expandable Corpectomy System(Thoracia/Lumbar)	1、材質:鈦合金。 2、規格:直徑:20、25mm±5%；高度:16-66mm±5%；角度:0-8度±5%；末端蓋角度:0度、8度、15度±5%；末端蓋直徑:20、22、25、30mm±5%；底版蓋直徑:20、25mm±5%；底版蓋長度:30、35、40、45mm±5%；底版蓋角度:0度。 3、形狀:圓柱狀。 4、非滅菌包裝。	ea	骨科部	112年12月新增通過
FE001286	內視鏡自動縫合釘(45mm)	Endo Stapler(45mm)	1、縫合釘，可使用長度45mm縫合釘，釘腳高4.0-5.0mm，閉釘高≧3.0mm縫合釘。 2、材質:鈦金屬。 3、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FE001296	內視鏡自動縫合釘(60mm)	Endo Stapler(60mm)	1、縫合釘，可使用長度60mm縫合釘，釘腳高4.0-5.0mm，閉釘高≧3.0mm縫合釘。 2、材質:鈦金屬。 3、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FE001287	內視鏡自動手術縫合釘-彎頭縫合釘(45mm)	Endo Stapler Curve Tip(45mm)	1、彎角尖端縫合釘，可使用長度45mm縫合釘，及釘腳高 2.0mm/2.5mm/3.0mm尺寸縫合釘。 2、材質:鈦金屬。 3、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FE001288	內視鏡自動手術縫合釘-彎頭縫合釘(30mm)	Endo Stapler Curve Tip(30mm)	1、彎角尖端縫合釘，可使用長度30mm縫合釘，及釘腳高 2.0mm/2.5mm/3.0mm尺寸縫合釘。 2、材質:鈦金屬。 3、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FE001810	乳房組織擴張器	Tissue Expanders	1、規格:250~850cc。 2、材質:矽膠。 3、形狀:水滴。 4、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FL009785	螺旋感測式磁振造影電極導線	Spiral sense test magnetic resonance imaging lead	1、導線長度:55-75cm。 2、材質:鎳合金導線。 3、導線連接部分採用雙極性不可伸縮式固定螺旋釘。 4、搭配心律節律器及節律器內鞘(或同等品)。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號、製造日期及保存期限。	ea	心臟血管內科	112年12月新增通過
FL006675	輸送導管	Delivery Catheter	1、導引導管材質:聚乙烯(或同等品)。 2、導引導管擴張器內徑:最小0.94mm-1.05mm(2.8Fr-3.06Fr)；外徑:最大1.6mm-2.5mm(5.2Fr-6.9Fr)。 3、導引導管內徑:1.6mm-2.0mm；外徑:最大2.0mm-2.5mm。 4、搭配心律節律器及節律器導線。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號、製造日期及保存期限。	ea	心臟血管內科	112年12月新增通過
PB000222	安全式蝴蝶彎針20G*1.5"	SafeStep Needle Set	1、皮下植入注射座專用注射針。 2、尺寸:20號針1.5吋，針直徑與長度為0.9mm*38mm。 3、單一無菌包裝。	支	護理部	112年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH000570	取石網	Nitinol Stone Retrieval Baskel	1、外套直徑:1.9Fr，工作長度:120cm。 2、網子全開直徑:8mm。 3、網材質:Nitinol抗凹折。 4、三爪前開直覺式抓取，且可兩段式開合(花瓣式展開)。 5、具可開第二段手把設計，網子全開直徑(8mm裝置可打開超過50%)，可快速釋放大型複雜結石。 6、最小可抓取1mm石頭。	ea	泌尿科	112年12月新增通過
CW140640	血液感染病原體多標的核酸檢測試劑組	Blood Culture Idenification Panel	利用PCR檢驗方式，可在一個陽性血液培養瓶檢體中同時篩檢至少43種不同病原菌。	test	檢驗部	112年12月新增通過
CW140641	腸胃道病原體多標的核酸檢測試劑組	Gastrointestinal Panel	利用PCR檢驗方式，可在一個糞便檢體中同時篩檢至少22種不同病原菌。	test	檢驗部	112年12月新增通過
CW140637	呼吸道病原體多標的核酸檢測試劑組	Respiratory Panel	利用PCR檢驗方式，可在一個呼吸道檢體中同時篩檢至少22種不同病原	test	檢驗部	112年12月新增通過
CW140638	肺炎病原體多標的核酸檢測試劑組	Pneumonia Panel	利用PCR檢驗方式，可在一個痰液或肺泡沖洗液檢體中同時篩檢至少33種不同病原菌。	test	檢驗部	112年12月新增通過
CW140639	腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測試劑組	Meningitis/Encephalitis Panel	利用PCR檢驗方式，可在一個CSF檢體中同時篩檢至少14種不同病原菌。	test	檢驗部	112年12月新增通過
FEMEB020	強化型組織密封器	Tissue Sealer	1、器械鉗口長度24mm、鉗口寬度5mm、桿身長度25/37/45cm、桿身直徑5mm。 2、可用於凝結和切割直徑最大7mm(含)的血管。 3、本產品與複合式發生器配套使用。	ea	一般外科	112年12月新增通過
FLMEB024	心導管顯影劑注射筒	Cardiac catheter contrast agent syringe	1、注射筒容量:150ml。 2、可連接高壓連接管1200Psi。 3、搭配相同型號的注射器合併使用。 4、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號、製造日期及保存期限。	ea	心臟血管內科	112年12月新增通過
FJMEB026	低溫電漿手術刀可伸縮型(含燈)	Plasmaknife(Light)	1、材質:刀頭:玻璃纖維塗層；刀身:PVC。 2、切割溫度範圍:40-170°C，切割最低溫度:40°C，溫度誤差±5°C。 3、刀頭可旋轉方向並可彎折，且99.5%面積絕緣以避免熱傷害.，絕緣面積誤差±5%。 4、可用來切割軟組織，同時擁有切割及止血功能。 5、手術時需與主機配合使用，可提供手控或無線腳控踏板操作。 6、刀頭可伸縮範圍5.5-16cm，誤差±5%。 7、刀頭能同步提供抽吸煙霧及血水，以確保手術視野清晰。 8、內含LED燈泡，提供更佳的手術視野。	ea	耳鼻喉部	112年12月新增通過
FG009507	眼科黏彈劑組合	Ophthalmic Viscoelastic System	1、玻璃體替代物0.5ML(成分:玻尿酸濃度30mg/ml，硫酸軟骨素濃度40mg/ml)。 2、眼科黏彈劑0.55ML(成分:玻尿酸濃度15mg/ml)	盒	眼科部	112年10月新增通過
FE001243	60mm加強型可彎式電動切割縫合器	60mm Powered plus linear cutter	1、材質:不鏽鋼桿身+塑膠柄。 2、縫合線長度60mm，可進12mm 套管針(trocar)。 3、電池動力。 4、單一無菌包裝。	ea	一般外科	112年10月新增通過
FD039750	關節腔滑液替代物(關節鏡專用)	Synovial Fluid Substitute	1、搭配關節鏡單次使用。 2、每一支裝預填充注射器10ml。 3、每1ml的溶液含有：玻尿酸納5.0毫克，氯化納，磷酸二納、磷酸二氫納和注射用水。 4、滅菌包裝。	ea	骨科部	112年10月新增通過
CRMEB007	QFT-Plus ELISA試劑	QFT-Plus ELISA Kit	1、一組試劑內為2盤(Microplate strip)。 2、一盤最大量可做22件檢驗，故一組試劑大量可做44人次檢驗。	組	檢驗部	112年10月新增通過
CRMEB008	QFT-Plus 採血管	QFT-Plus blood collection tubes	1、每次檢驗需4種採血管分別為(Nil、TB1、TB2、Mitogen)，內具不同抗原。 2、4種採血管各50人次。	組	檢驗部	112年10月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FJMEB024	導航系統器械組(病人端)	Patient Tracker	1、定位感應器。 2、晶片插頭。 3、單次使用，無菌包裝。	ea	耳鼻喉部	112年10月新增通過
FJMEB025	導航系統器械組(器械端)	Instrument Tracker	1、滑軌卡榫設計。 2、晶片插頭。 3、單次使用，無菌包裝。	ea	耳鼻喉部	112年10月新增通過
AGMEB005	氣道連接管(嬰兒用)	Airway Connector(infant)	1、尺寸:OD:22mm，ID:15mm，死腔:1ml。 2、材質:PP(聚丙烯)。 3、單一非滅菌包裝。	ea	小兒科	112年10月新增通過
CR001030	JAK2基因PCR檢測試劑組	JAK2 PCR reagent	1、原理採用即時性聚合酵素鏈鎖反應(Real-Time Polymerase Chain Reaction)之技術。 2、檢測全血中JAK2 V617F/G1849T基因突變。	test	檢驗部	112年8月新增通過
FL004160	急洗型人工血管(長)	Vascular Graft (Long)	1、長度:40公分。 2、直徑:6mm。 3、血管內具有肝素塗層。 4、材質:多層PTFE，內層與外層間具有低滲出層。	ea	心臟血管外科	112年8月新增通過
FL004161	急洗型人工血管(短)	Vascular Graft (Short)	1、長度:20公分。 2、直徑:5-6mm。 3、血管內具有肝素塗層。 4、材質:多層PTFE，內層與外層間具有低滲出層。	ea	心臟血管外科	112年8月新增通過
FL006560	周邊動靜脈導引線支持導管	PTA support catheter	1、全長:70-130cm。 2、尖端型狀:直型或20-30度角。 3、內徑可通過至少0.035"導引線。 4、導管外徑小於5Fr。 5、具不透射線標記。	條	心臟血管外科	112年8月新增通過
FL005930	ECMO動靜脈穿刺導管擴張器組	ECMO Cannulae dilator	1、穿刺針一支可通過0.035"導引線。 2、導引線一條0.038"長度大於95cm。 3、擴張器3支(10-16Fr)。	set	心臟血管外科	112年8月新增通過
FH001037	一次性電子軟式輸尿管鏡(7.5Fr)	Uscope Medical Video Endoscope(7.5Fr)	規格: 1、一視野:90度。 2、視向角:0度。 3、可視工作距離:3-50mm。 4、照明:LED。 5、彎曲角度:向上≧270度，向下≧270度。 6、最大插入端外徑:7.5Fr(2.7mm)。 7、工作長度:650mm。 8、工作通道:3.6Fr。 9、可搭配直徑小於1mm器械內視鏡附件。 10、具工作通道埠，連接三通鎖緊閥，用於插入內視鏡附件和連接灌洗系統。 11、具備可前後滑動之撥桿，控制前端彎曲部的方向及角度。 材質: 1、手柄部分為塑料。 2、工作通道埠為氟塑料。 3、插入管為不鏽鋼、彈性塑料。 4、鏡頭端為玻璃、彈性塑料。 5、彎曲部、連接線為彈性塑料。 6、彎曲控制撥桿為塑料。 7、三通閥為橡膠及氟塑料。	ea	泌尿科	112年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH001038	一次性電子軟式輸尿管鏡(9.6Fr)	Uscope Medical Video Endoscope(9.6Fr)	規格: 1、一視野:90度。 2、視向角:0度。 3、可視工作距離:3-50mm。 4、照明:LED。 5、彎曲角度:向上≧270度，向下≧270度。 6、最大插入端外徑:9.6Fr(3.2mm)。 7、工作長度:650mm。 8、工作通道:3.6Fr。 9、可搭配直徑小於1mm器械內視鏡附件。 10、具工作通道埠，連接三通鎖緊閥，用於插入內視鏡附件和連接灌洗系統。 11、具備可前後滑動之撥桿，控制前端彎曲部的方向及角度。 材質: 1、手柄部分為塑料。 2、工作通道埠為氟塑料。 3、插入管為不鏽鋼、彈性塑料。 4、鏡頭端為玻璃、彈性塑料。 5、彎曲部、連接線為彈性塑料。 6、彎曲控制撥桿為塑料。 7、三通閥為橡膠及氟塑料。	ea	泌尿科	112年8月新增通過
FH004010	高強度聚焦超音波系統專用耗材組	High Intensity Focused Ultrasound Ablation System	內含:水路套件1組， 1、尺寸:脫氧過濾器至探頭管線370cm±1cm，脫氧過濾器至集水瓶44cm±1cm，馬達軟管60cm±1cm，冷卻管103cm±1cm，脫氧過濾器長度15cm±1cm。 2、材質:PE材質。 3、形狀:PE材質管路及環狀圓環。 4、單一無菌包裝，外包裝標示製造批號、製造日期及有效期限。	set	泌尿科	112年8月新增通過
FG002751	25GA內界膜手術微動鑷	DSP 25GA+ILM Forcep	1、末端抓握設計適合“maculorhexis”操作或其他細膜抓取。 2、多用途抓取應用。 3、一次性使用，滅菌包裝。 4、材質:Stainless。 5、尺寸:25G。	ea	眼科部	112年8月新增通過
FG009506	多濃度眼用黏彈體	Ophthalmic Viscosurgical Devices	眼用有黏性的玻尿酸鈉溶液，容量1.1ml，單次使用的眼內用注射器連同套管包裝: 1、特性:Cohesive，濃度:1.4%、1.8%、2.0%，搭配27G的套管包裝。 2、特性:Dispersive，濃度:3%，搭配25G的套管包裝。	ea	眼科部	112年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD039120	肘骨板互鎖式骨板系統	ElBOW Locking Plate	1、骨板材質:鈦合金。 2、依照解剖設計，有內外側、後外側、鷹嘴突、近端橈骨頭、喙狀突的骨板可選擇。 3、拋棄式(一次性使用)之鑽孔瞄準插件(drill guide)。 4、可使用自攻螺釘，針對標準鎖定抓不到的骨折部分，提供穩固的固定效果。 5、可在骨骼上做3D多向微調，更符合患者骨骼形狀，在骨板彎曲同時保持相同強度。 6、骨板尺寸: (1)內側骨板:9、10、13、17孔(長度:88mm-166mm)。 2、外側骨板:7、9、11、15孔(長度:64mm-142mm)。 (3)後外側骨板:9、11、17孔(長度74mm-147mm)。 (4)鷹嘴突:10、13、17、21孔(長度:79mm-197mm)。 (5)喙狀突:6孔(長度:33mm)。 (6)近端橈骨頭:6、7孔(長度:29mm-37mm)。 7、螺釘尺寸: (1)3.5mm皮質鎖定螺釘10mm-70mm±5%。 (2)3.5mm自攻鎖定螺釘20mm-60mm±5%。 (3)3.5mm皮質螺釘14mm-75mm±5%。 (4)2.7mm皮質鎖定螺釘2mm-75mmm±5%。 (5)2.5mm皮質鎖定螺釘14mm-40mmm±5%。 (6)2.5mm皮質螺釘14mm-40mm±5%。	組	骨科部	112年8月新增通過
FD039030	遠端脛骨骨板系統	Distal Tibia Plating System	1、骨板材質:鈦合金。 2、骨板可在骨骼上做3D多向微調，更符合患者骨骼形狀。 3、拋棄式(一次性使用)之鑽孔瞄準插件(drill guide)。 4、可用自攻螺釘，針對標準鎖定抓不到的骨折部分，提供穩固的固定效果。 5、遠端支翼可鎖上3.5mm和4.0mm非互鎖螺釘，匹配脛骨內側末端形狀。 6、遠端脛骨提供前外側窄式與內側骨板。 7、骨板尺寸: (1)前外側窄式:6、9、12、15孔(長度:114mm-240mm)。 (2)內側骨板:6、9、12、15孔(長度142mm-268mm)。 8、螺釘尺寸: (1)3.5mm皮質鎖定螺釘20mm-90mm±5%。 (2)3.5mm自攻鎖定螺釘30mm-90mm±5%。 (3)3.5mm皮質螺釘20mm-75mm±5%。 (4)4.0mm中空鬆質螺釘30mm-50mmm±5%。	組	骨科部	112年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD039220	近端脛骨互鎖式骨板系統	Proximal Tibia Locking Plate	1、骨板材質:鈦合金。 2、依照解剖設計，可提供標準曲度與大曲線型得骨板來做做適合病患的選擇。 3、拋棄式(一次性使用)之鑽孔瞄準插件(drill guide)。 4、可使用自攻螺釘，針對標準鎖定抓不到的骨折部分，提供穩固的固定效果。 5、關節面提供7支螺釘支撐。 6、骨板尺寸: (1)標準曲度骨板:3、5、7、9、11、13、15孔(長度:70.5mm-226mm)。 (2)大曲線型骨板:5、7、9孔(長度103.8mm-155.8mm)。 7、螺釘尺寸: (1)3.5mm皮質鎖定螺釘20mm-90mm±5%。 (2)3.5mm自攻鎖定螺釘55mm-90mm±5%。 (3)3.5mm皮質螺釘20mm-75mm±5%。	組	骨科部	112年8月新增通過
FHMEB096	探針(管徑*長度1.5mm*440mm)(搭配氣壓彈道式及超音波兩用抽吸碎石機組)	Disposable Probe 1.5mm*440mm	1、管徑*長度:1.5mm*440mm。 2、最小工作通道管徑:5Fr。 3、最大工作通道管徑:400mm。 4、複合金屬材質。 5、單次使用，單一無菌包裝。	ea	泌尿科	112年8月新增通過
FHMEB097	探針(管徑*長度3.4mm*340mm)(搭配氣壓彈道式及超音波兩用抽吸碎石機組)	Reusable Probe 3.4mm*340mm	1、管徑*長度:3.4mm*340mm。 2、最小工作通道管徑:10.5Fr。 3、最大工作通道管徑:330mm。 4、複合金屬材質。 5、使用次數5次。	ea	泌尿科	112年8月新增通過
FHMEB098	探針(管徑*長度3.4mm*445mm)(搭配氣壓彈道式及超音波兩用抽吸碎石機組)	Reusable Probe 3.4mm*445mm	1、管徑*長度:3.4mm*445mm。 2、最小工作通道管徑:10.5Fr。 3、最大工作通道管徑:420mm。 4、複合金屬材質。 5、使用次數5次。	ea	泌尿科	112年8月新增通過
FKMEB008	拋棄式3號喉頭鏡葉片	Video Laryngoscope #3	1、成人患者呼吸道傳染病插管病人使用。 2、彎曲度測量方式:葉片尖端部分需與垂直之手把成70度。 3、材質:PVC。 4、葉片13cm彎鐮刀狀。 5、單一非滅菌包裝。 6、配合3.5吋以上鏡頭高解析纖維鏡頭。	支	麻醉科	112年8月新增通過
FKMEB009	拋棄式4號喉頭鏡葉片	Video Laryngoscope Macintosh #4	1、成人患者呼吸道傳染病插管病人使用。 2、彎曲度測量方式:葉片尖端部分需與垂直之手把成70度以上。 3、材質:PVC。 4、葉片15.5cm彎鐮刀狀。 5、單一非滅菌包裝。 6、配合3.5吋以上鏡頭高解析纖維鏡頭。	支	麻醉科	112年8月新增通過
FKMEB010	拋棄式強彎型喉頭鏡葉片	Video Laryngoscope BLADE Difficult	1、困難插管病人葉片尖端部分需與垂直之手把成70度(含)以下夾角。 2、材質:PVC。 3、葉片13.5cm彎鐮刀狀65度以上。 4、單一非滅菌包裝。 5、配合3.5吋以上鏡頭高解析纖維鏡頭。	支	麻醉科	112年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AEMEB008	拋棄式呼吸管路-含壓力管	Disposable Ventilator Tubing-pressure tube	1、含阻氣式(拋棄式)*1、成人蛇型管12節*2、壓力管*1。 2、材質:Polypropylene，非重覆消毒材料。 3、單一非滅菌包裝。 4、配件需搭配本院儀器。	組	胸腔內科	112年8月新增通過
CRMEB006	全血DNA核酸萃取試劑組	Genomic DNA Whole Blood Kit	1、可選擇200或400uL的檢體上機。 2、搭配本院之核酸萃取儀使用	test	檢驗部	112年8月新增通過
JC000240	矽膠疤痕貼片3.2cm*3.2cm	Silicone Scar-Care Dressing 3.2cm*3.2cm	1、材質:醫療級矽膠。 2、尺寸:3.2cm*3.2cm。 3、非滅菌包裝。	片	婦產科	112年6月新增通過
JC000250	矽膠疤痕貼片3cm*16cm	Silicone Scar-Care Dressing 3cm*16cm	1、材質:醫療級矽膠。 2、尺寸:3cm*16cm。 3、非滅菌包裝。	片	婦產科	112年6月新增通過
JC000260	水凝膠手術傷口敷料 3.6cm*3.6cm	Hydrogel Wound Dressing for Surgical Application 3.6cm*3.6cm	1、材質:PU膜、水凝膠、離形紙。 2、水凝膠規格3.6cm*3.6cm，PU膜規格6.6cm*6.6cm。 3、單一滅菌包裝。	片	婦產科	112年6月新增通過
JC000270	水凝膠手術傷口敷料 3cm*8cm	Hydrogel Wound Dressing for Surgical Application 3cm*8cm	1、材質:PU膜、水凝膠、離形紙。 2、水凝膠規格3cm*8cm，PU膜規格6cm*11cm。 3、單一滅菌包裝。	片	婦產科	112年6月新增通過
JC000280	水凝膠手術傷口敷料 3cm*17cm	Hydrogel Wound Dressing for Surgical Application 3cm*17cm	1、材質:PU膜、水凝膠、離形紙。 2、水凝膠規格3cm*17cm，PU膜規格6cm*20cm。 3、單一滅菌包裝。	片	婦產科	112年6月新增通過
CD120230	(急)人類絨毛膜促性腺激素	HCG STAT	1、測血清total HCG。 2、需搭配儀器原廠試劑。	test	檢驗部	112年6月新增通過
FD007910	人工頸椎椎間盤	Cervical Disc Prosthesis	1、產品組合:上下終板及中間的活動芯終板具齒面狀特殊鈦塗層顆粒設計增加整合表面積。產品為三件式。 2、上下終板材質:鈦鋁釩合金；活動芯材質:鈷鉻鉬合金。 3、長度13-15mm、寬度15-19mm、高度5-8mm。 4、單一無菌包裝。	ea	骨科部	112年6月新增通過
FD039105	多角度小骨加壓鎖定骨板系統	Variable Angle LCP Small Plate	1、材質:多角度不鏽鋼。 2、不鏽鋼小骨解剖預塑型。 3、洞數:4-14 holes。 4、螺釘直徑:2.7/3.5mm多角度鎖定。 5、非滅菌包裝。	ea	骨科部	112年6月新增通過
FD039150	微創多角度近端脛骨鎖定骨板系統	Variable Angle LCP Proximal Tibia Plate	1、材質:多角度不鏽鋼。 2、不鏽鋼脛骨解剖預塑型，可微創操作。 3、洞數:4-14 holes， 4、螺釘直徑:3.5mm多角度鎖定。 5、同一尺寸骨板近端有兩種curve可以選擇。 6、非滅菌包裝。	ea	骨科部	112年6月新增通過
FD039160	微創多角度遠端脛骨鎖定骨板系統	Variable Angle LCP Distal Tibia Plate	1、材質:多角度不鏽鋼。 2、不鏽鋼脛骨解剖預塑型，可微創操作。 3、洞數:4-16 holes， 4、螺釘直徑:2.7/3.5mm多角度鎖定。 5、非滅菌包裝。	ea	骨科部	112年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH001015	輸尿管支架	Ureteral Stent	1、材質:Percuflex。 2、具高內/外徑比。 3、具親水塗層。 4、膀胱端雙環型設計(非豬尾)。 5、尺寸需具備5-7FrX20-30cm。 6、單一無菌包裝。	ea	泌尿科	112年6月新增通過
FH001036	拋棄式電子影像軟式輸尿管鏡	Electronic Soft Uretero-Renoscope System	1、光學系統:視野角度:85度、視向角度:0度、景深(Depth of field):3-50mm。 2、插入部分:頂端外徑:9.12Fr、軟部外徑:8.7Fr、照明:LED、彎曲角度:向上275度、向下275度、工作長度:670mm。 3、工作通道:最小觀看距離:2.5mm，工作通道內徑:≧Ø1.2mm。 4、材質:ABS塑料、PC塑料、不鏽鋼。 5、單一無菌包裝。 6、工作握把具無段式頂端彎曲角度鎖定裝置。	ea	泌尿科	112年6月新增通過
FJ004110	喉返神經電極監測組	C2 Nerve Monitor with Accessories-Laryngeal Electrode Set	1、喉管電極:內直徑6-7mm或7.5-9mm，4頻道，中性黏貼電極，黏貼表面長度32mm，黏貼表面寬度29或37mm。 2、皮下針電極針頭長15mm，電纜長1m。 3、單極探頭長8.5cm,0.4mm尖頭,直徑1.4mm,具可彎曲尖頭。	set	耳鼻喉科	112年6月新增通過
FL000520	低再循環式血液透析導管	Low Recirculation Hemodialysis Catheter	1、導管尺寸:14.5Fr。 2、頂端到cuff:15-42cm。 3、頂端到分岔:20-47cm。 4、導引器尺寸:15Fr。 5、單一無菌包裝。	ea	心臟血管外科	112年6月新增通過
FL000890	靜脈血管閉合系統	Vein Closure System	1、一條5Fr導管，長度91公分。 2、一個7Fr導引鞘，長度80公分。 3、一個5Fr擴張器，長度87公分。 4、一把給藥槍，定量0.10mL。 5、兩支14G給藥針管。 6、兩支3mL(3cc)針筒。 7、一條0.89mm(0.035in)J型導管，長180公分。 8、單一無菌包裝。	set	心臟血管外科	112年6月新增通過
FL006660	止血閥導引鞘(短)	Hemostatic valve introducer sheath(Short))	1、導管內鞘內徑:7-9Fr。 2、導管長度:13-19.5公分。 3、具止血閥設計，在拔出止血導引器時，防止出血。 4、環氧乙烷滅菌，單一無菌包裝，外包裝須標示有效期及製造批號。 5、或同等品。	ea	心臟血管內科	112年6月新增通過
FL006670	止血閥導引鞘(長)	Hemostatic valve introducer sheath(Long)	1、導管內鞘內徑:7-9Fr。 2、導管長度:23-28.5公分。 3、具止血閥設計，在拔出止血導引器時，防止出血。 4、環氧乙烷滅菌，單一無菌包裝，外包裝須標示有效期及製造批號。 5、或同等品。	ea	心臟血管內科	112年6月新增通過
FL009497	親水性穿刺導管	Hydrophilic Puncture Catheter	1、具親水性塗層。 2、材質:POLYMER(聚合物)。 3、導引線內徑:可通過0.014mm。 4、導引線長度:135-150cm。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號、製造日期及有效使用期限。 6、或同等品。	ea	心臟血管內科	112年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
JC000650	經皮急迫性失禁電極套件	Neuromodulation System Lead Set	1、每包內容物包含1條電極連接線、2個34G不銹鋼針電極、1包酒精棉片。 2、非滅菌包裝。	包	婦產科	112年6月新增通過
PB000450	居家化療輸液器二日型	Home-chemotherapy infusor two days	1、連續性拋棄式器材。 2、材質:DEHP-Free多零件組合。 3、 Flow:5ml/hr。 4、Vol:216~300ml ±1 %。 5、使用化療藥物需避光,因此輸液器需有避光材質。	ea	血液腫瘤科	112年6月新增通過
FE002250	進階雙極能量電燒組(可彎)	Advanced bipolar seal and cut system articulating	1、直徑5mm，工作長度240mm-440mm，槍型握把可燒撥抓剪，器械開合單動設計，前端可彎曲角度80度。 2、材質:塑膠握把，開合前頭為絕緣塑膠。 3、單一滅菌包裝。	ea	婦產科	112年6月新增通過
FH002425	透明質酸防沾黏凝膠-10mL	HA Anti-adhesion Barrier-10mL	1、Sodium Hyaluronate40mg/mL，10mL/支。 2、內容物含:磷酸二氫鈉、磷酸氫二納，注射用水加至10mL。	支	婦產科	112年6月新增通過
JC000340	骨盆底修護網片	Pelvic Floor Mesh	1、材質:單絲型聚丙烯網片(網狀植入性網片)。 2、主網片尺寸:40*185cm+65*180cm，1盒內含2片。 3、滅菌包裝。	盒	婦產科	112年6月新增通過
JB010400	醫用輔助襪(小腿襪)	Compression Stocking-AD	1、壓力:18-32mmHg(RAL認證或同等級認證)。 2、長度:34~39公分。 3、材質:70%Polyamide、30%Elaatane。	雙	婦產科	112年6月新增通過
JB010410	醫用輔助襪(大腿襪)	Medical Compression Stocking-AGH	1、壓力:18-32mmHg(RAL認證或同等級認證)。 2、長度:68~78公分，襪頭處有點狀矽膠止滑。 3、材質:70%Polyamide、30%Elaatane。	雙	婦產科	112年6月新增通過
PNMEB003	骨內血管穿刺系統(45mm/成人肱骨)	Intraosseous Vascular Access System (45mm)	1、材質:不繡鋼。 2、尺寸規格:15Ga*45mm。 3、單一無菌包裝。	ea	護理部	112年6月新增通過
PNMEB004	骨內血管穿刺系統(25mm/成人/兒童脛骨)	Intraosseous Vascular Access System (25mm)	1、材質:不繡鋼。 2、尺寸規格:15Ga*25mm。 3、單一無菌包裝。	ea	護理部	112年6月新增通過
PNMEB005	骨內血管穿刺系統(15mm/兒童脛骨)	Intraosseous Vascular Access System (15mm)	1、材質:不繡鋼。 2、尺寸規格:15Ga*15mm。 3、單一無菌包裝。	ea	護理部	112年6月新增通過
FDMEB008	微創神經切斷術套組	(Endoscope)micro Radio frequency rhizotomy set	1、材質:304 Staniless。 2、規格:直徑:2.5mm，長度24cm。 3、一體成型無需組裝。 4、單一無菌包裝。	ea	骨科部	112年6月新增通過
AEMEB007	拋棄式成人單管呼吸器管路	Ventilator tubing	1、尺寸: (1)L接頭+150cm蛇型管、 (2)吐氣閥一組、 (3)180cm蛇型管、 (4)200cm壓力線、 (5)200cm吐氣閥控制線。 2、材質:乙烯-醋酸乙烯共聚物。 3、單一非滅菌包裝。	包	胸腔內科	112年6月新增通過
CC090450	鈣衛蛋白	Calprotectin	1、定量分析鈣衛蛋白。 2、檢體來源:至少包含糞便。	test	檢驗部	112年4月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD000500	全人工肘關節置換	Total Elbow(TEA)2組件	Total Elbow(TEA)共2組件，相關組件可互相配合使用， 1、HUMERAL: (1)材質:Ti6A14V分左右手； (2)尺寸:Standard及Large； (3)長度:79mm及89mm。 2、ULNA: (1)材質:Ti6A14V分左右手； (2)尺寸:Small、Standard、Large； (3)長度:50、55mm、63mm。 (或同等品)	組	骨科部	112年4月新增通過
FD044950	骨腫瘤手術準備器套組	Bone tumor surgical preparation system	1、材質:不銹鋼304、矽膠。 2、尺寸:不銹鋼304成型膜:金屬盤:L300*W185*H53mm±5%；液態矽膠冷卻槽:矽膠盒:L323*W213*H31mm±5%。 3、容積:2300ML。 4、非滅菌包裝，外包裝須標示製造批號及保存期限。	套	骨科部	112年4月新增通過
FF000205	植皮板(8吋)	SKIN GRAFT MESHER CARRIER 8 Inch	1、材質:塑膠。 2、尺寸:20.3cm*10cm(8吋)±1cm。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示保存期限。	片	整形外科	112年4月新增通過
FG009012	內界膜及黃斑前膜眼用染劑	Retinal Dyes	1、材質:0.18%Trypan Blue、0.03%Blulife。 2、容量:0.7ml/支。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示保存期限。	支	眼科部	112年4月新增通過
FG009431	視延老花矯正軟式人工水晶體(可濾紫外線及部分藍光)	Extended Vision Intraocular Lens	1、視盤類型:雙凸面Wavefront-Shaping視盤。 2、視盤材質:可過濾紫外線和藍光疏水性Acrylate/Methacrylate共聚物。 3、折射係數:1.55。 4、可提供度數:+10.0至+30.0屈光度，以0.5屈光度遞增。 5、支撐腳結構:STABLEFORCE*改良L型支撐腳。 6、晶體顏色:黃色。 7、全長:13.0mm，視盤:6.0mm。	EA	眼科部	112年4月新增通過
FG009432	遠中近三焦點散光及老花矯正軟式人工水晶體(可濾紫外線及藍光)	Trifocal Toric Intraocular Lens	1、視盤類型:具有繞射非球面視盤的單片型人工水晶體。 2、視盤材質:可過濾紫外線及藍光的疏水性Acrylate/Methacrylate共聚物。 3、折射係數:1.55。 4、可提供度數:+6.0至+30.0屈光度，以0.5屈光度遞增。 5、老花矯正度數:具有+2.17屈光度的中距離及+3.25屈光度的近距離老花度數。 6、IOL 散光矯正柱狀度數(屈光度):1.00、1.50、2.25、3.00、3.75。 7、支撐腳結構:STABLEFORCE*改良L型支撐腳。 8、晶體顏色:黃色。 9、全長:13.0mm，視盤:6.0mm。 10、單一無菌包裝，外包裝須標示保存期限。	PC	眼科部	112年4月新增通過
FG009486	非球面延焦段第二代散光矯正預載式人工水晶體	Enhanced vision Toric II IOL with Preloaded Syste	1、光學透明、軟性可摺疊的疏水性丙烯酸酯，具共價結合的紫外線UV吸收劑。 2、屈光度數:+5.0D~+34.0D，0.5D漸增。 3、散光度數:1.50、2.25、3.00、3.75、4.50、5.25、6.00。 4、光學區:中心厚度0.72mm、邊緣設計PROTEC 360度後環繞方邊緣。 支撐腳:厚度0.46mm、TRIFIX設計改良C型，整合於光學部。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示保存期限。	PC	眼科部	112年4月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FH000560	無尖端取石網	Nitinol Stone Retrieval Baskets(Sterile)	1、外套管材質:Polyimide/PTFE。 2、外套直徑:1.9Fr/2.4Fr。 3、工作長度:90/120cm。 4、網子全開直徑:12mm。 5、網子材質:Nitinol鎳鈦合金。 6、網子無尖端設計。 7、四爪網設計。 8、遠端扁平設計。 9、結點的前端。 10、複合護套材料-多層護套。 11、單一無菌包裝，外包裝須標示 保存期限。	EA	泌尿科	112年4月新增通過
FI003710	無抗虹吸腦室腹腔脊髓液長條弧形控制閥	VP Shunt Curve Control Valve	1、材質:Silicon及聚丙烯。 2、尺寸:長23-32mm、寬13-16mm、高7-8mm。 3. 形狀:長條弧形，放置於耳後。 4、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及有效使用期限。	EA	神經外科	112年4月新增通過
FI003720	無抗虹吸腦室腹腔脊髓液球狀直角形控制閥	VP Shunt Burr hole Control Valve	1、材質:Silicon及聚丙烯。 2、尺寸:直徑32mm±5%、高8mm±5%。 3、形狀:球狀直角形，放置於頭頂。 4、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及有效使用期限。	ea	神經外科	112年4月新增通過
FI005120	顱內壓監測器(單純壓力)	Neuromonitoring system(ICP)	1、材質:探頭-鈦金屬，導管-聚氨酯(Polyurethane)。 2、管徑:1.65mm±5%。 3、長度:55cm±5%。 4、刻度:導管每公分需有刻度，最長標示處需為25公分。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及有效使用期限。	SET	神經外科	112年4月新增通過
FI005130	顱內壓監測器二合一(顱內壓加引流功能)	Neuromonitoring system(ICP and drainage)	1、材質:探頭-鈦金屬，導管-聚氨酯(Polyurethane)。 2、管徑:3.10mm±5%。 3、長度:55cm±5%。 4、刻度:導管每公分需有刻度，最長標示處需為25公分。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及有效使用期限。	SET	神經外科	112年4月新增通過
FI009420	神經血管長形套管組	Neurovascular Long Sheath	1、材質:Polycarbonate、Vestamid Pebax、PTFE、Pebax2D/BaSO4(Polyether block amide)。 2、尺寸ID:0.088in。 3、長度L:70/80/90cm±3%。 4、形狀:條狀。 5、單一無菌包裝，外包裝須標示製造日期、批號及有效使用期限。	EA	神經外科	112年4月新增通過
FL006550	經皮可擴張式導引管	PTFE Hydrophilic Coated Introducer Sheath	1、導管大小:5-7Fr。 2、導管鞘長度≦160mm。 3、導管內壁厚度0.12mm-0.20mm。 4、導管外徑2.13mm-2.79mm。 5、導引線直徑可通過0.018-0.038吋。 6、單一無菌包裝，外包裝需標示製造批號、製造日期及有效使用期限。 7、塑膠。 (或同等品)	ea	心臟血管內科	112年4月新增通過
TB001221	中央靜脈導管三腔(幼兒用)5.5號	Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set 5.5Fr	1、尺寸:5.5Fr*13cm。 2、材質:PU(聚氨酯)。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號、製造日期、有效期或保存期限。	組	小兒科	112年4月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
TBMEB008	經鼻高流量氧氣鼻導管(小兒用)-M號	High Flow Nasal Cannula(M)	1、材質:TPE塑膠。 2、氧氣流量:0.5-10L/min；管路長度:24cm(±1cm)；管路長度(含接頭):28cm(±1cm)。 3、每條鼻導管需配人工皮魔鬼氈貼片兩片，可固定鼻導管於鼻翼兩側。 4、非滅菌單一次使用。	條	小兒科	112年4月新增通過
TBMEB009	經鼻高流量氧氣鼻導管(小兒用)-L號	High Flow Nasal Cannula(L)	1、材質:TPE塑膠。 2、氧氣流量:0.5-23L/min；管路長度:30cm(±1cm)；管路長度(含接頭):34cm(±1cm)。 3、每條鼻導管需配人工皮魔鬼氈貼片兩片，可固定鼻導管於鼻翼兩側。 4、非滅菌單一次使用。	條	小兒科	112年4月新增通過
TBMEB010	經鼻高流量氧氣鼻導管(小兒用)-XL號	High Flow Nasal Cannula(XL)	1、材質:TPE塑膠。 2、氧氣流量:0.5-25L/min；管路長度:30cm(±1cm)；管路長度(含接頭):34cm(±1cm)。 3、每條鼻導管需配人工皮魔鬼氈貼片兩片，可固定鼻導管於鼻翼兩側。 4、非滅菌單一次使用。	條	小兒科	112年4月新增通過
TBMEB011	經鼻高流量管路組含加濕器皿(小孩用)	Nasal Hing Flow Tubing Kit	1、管路內建雙螺旋設計加熱線，可有效減少水蒸氣冷凝。 2、流量範圍:0.5-36L/min。 3、管路長度:175公分(±2%)，進氣口孔徑:15mm，出氣口孔徑:22mm。 4、材質:PTFE。 5、單管加熱，具加濕皿、卸壓閥及固定夾。 6、單一非滅菌包裝。	組	小兒科	112年4月新增通過
TBMEB012	雙層式人工皮魔鬼氈貼片	High Flow Hydrocolloidpad 2 Replacement	1、材質:一層為人工皮(親水性凝膠敷料)，一層為魔鬼氈。 2、形狀:雙層式貼片。 3、可依高流量氧氣鼻導管尺寸選擇規格: (1)高流量氧氣鼻導管S號:貼片長2.8~3.3cm，寬1.5~2.0cm。 (2)高流量氧氣鼻導管M、L、XL號:貼片長3.8~4.3cm，寬2~2.5cm。 (3)高流量氧氣鼻導管XXL號:貼片長5.5~6.0cm，寬3.3~3.5cm。 4、人工皮層可直接黏貼於皮膚，魔鬼氈層黏貼於高流量氧氣鼻導管上協助固定。 5、非滅菌單一次使用，單片包裝。	片	小兒科	112年4月新增通過
DH010711	不鏽鋼矯正直線(圓)	Stainless Steel Straight Wire(round)	1、材質:不鏽鋼。 2、長度:35cm±1cm。 3、線徑:0.012至0.051mm。 4、單一包裝，30±10條以下。	條	口腔醫學科	112年2月新增通過
FE001420	雷射單次使用光纖	Bare Fiber Single use	1、材質:二氧化矽纖維。 2、尺寸:2.6m/Length，Core=500μm，Exter=1300μm。 3、單一無菌包裝。	EA	一般外科	112年2月新增通過
FHMEB083	達文西夾針器(15次/支)	Da Vinci Large Needle Driver (15次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數15次，工作長度31.50公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB084	達文西長型鉗子(18次/支)	Da Vinci Long Tip Forceps (18次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數18次，工作長度32.51公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB085	達文西卡氏鉗(18次/支)	Da Vinci Cadiere Forceps (18次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數18次，工作長度32.77公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB086	達文西組織夾(18次/支)	Da Vinci ProGrasp Forceps(18次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數18次，工作長度33.53公分。3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FHMEB087	達文西迷你雙極電燒(14次/支)	Da Vinci Micro Bipolar Forceps(14次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數14次，工作長度32.00公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB088	達文西馬氏雙極電燒(14次/支)	Da Vinci Maryland Bipolar Forceps(14次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數14次，工作長度32.77公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB089	達文西眼鏡蛇抓取鉗(18次/支)	Da Vinci Cobra Grasper(18次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數18次，工作長度32.51公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB090	達文西有孔型雙極電燒(14次/支)	Da Vinci Fenestrated Bipolar Forceps(14次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數14次，工作長度32.77公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB091	達文西夾針器(含線剪)(15次/支)	Da Vinci Large SutureCut Needle Driver(15次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數15次，工作長度31.50公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB092	達文西大型夾針器(含線剪)(15次/支)	Da Vinci Mega SutureCut Needle Driver(15次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數15次，工作長度31.75公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB093	達文西彎型雙極電燒(14次/支)	Da Vinci Curved Bipolar Dissector(14次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數14次，工作長度33.02公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB094	達文西長型雙極電燒鉗(14次/支)	Da Vinci Long Bipolar Grasper(14次/支)	1、材質: 複合式材質。 2、使用次數14次，工作長度32.91公分。 3、滅菌方式: 依照地區準則，時間與溫度達到至少 600 - 3000 的 A0。	支	泌尿科	112年2月新增通過
FHMEB095	達文西強力雙極夾鉗(12次/支)	Da Vinci Force Bipolar(12次/支)	使用次數12次，工作長度33.58公分，材質: 未滅菌之複合式材質可高溫高壓滅菌	支	泌尿科	112年2月新增通過
PF001435	一般醫療器械消毒濕巾	Universal Wipes	1、材質:不織布。 2、尺寸:20*28公分。 3、200裝/包。 4、具殺菌消毒功能。 5、有效殺菌成份為:QACs and Polymeric biguanide。	包	胸腔內科	112年2月新增通過
PG000440	生物培養快速判讀包	Rapid Readout Biological Indiacator Test Pack	1、每包設計符合CDC規範及評鑑要求。 2、每盒測試包需配有第五級化學指示劑一張及生物指示劑一支。 3、需另付生物指示劑為對照組。 4、測試包生物指示劑批號需與對照組同批號。 5、生物指示劑最終陰性判讀時間不超過3小時。 6、第五級化學指示劑適用溫度118-138℃之所有滅菌。	包	護理部	112年2月新增通過
PG000450	抽真空測試包	Bowie-Dick Test Pack	1、每測試包含一張抽真空測試紙及包外化學指示劑。 2、標準化拋棄式測試包，由厚紙板組成，符合滅菌監測指引之規範。	包	護理部	112年2月新增通過
XG002150	組織填充模塊	Thermal Bolus -Polycast	1、材質:熱塑性塑材。 2、尺寸(厚*寬*長):0.32cm*30cm*45cm。 3、形狀:片狀。 4、非滅菌包裝。	ea	影像醫學部	112年2月新增通過
AI002310	骨髓穿刺檢體專用軟化液	Rapid decalcifier specialized for preserve bone marrow biopsy immunogenicity	弱酸配方快速脫鈣液，骨髓穿刺檢體用	ml	病理部	111年12月新增通過
AI004490	過碘酸雪夫試驗鑑定組(糖原染色液)	PAS kit	一般用於多醣類檢查，內含同品牌之高碘酸溶液、雪夫(Schiff氏)試劑、蘇木紫溶液各一瓶。	組	病理部	111年12月新增通過
AI014310	細胞離心機用雙孔試管	Cytospin Double Sample Chamber	1、需能使用於本院儀器。 2、拋棄式，試管上需有濾除多餘液體之裝置或設備。	ea	病理部	111年12月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
AI014410	骨髓穿刺檢體專用固定液(無汞)	Fixative for bone marrow biospy without mercury	不含有毒氣化汞之B5固定液	ml	病理部	111年12月新增通過
CC108160	尿液丁基原啡因藥物篩檢測試組	Buprenorphine drug of abuse screen test	1.可測得尿液中BUP及其代謝物在10ng/ml以上含量。 2.單片包裝。	test	檢驗部	111年12月新增通過
CD091310	毛細管微量膽紅素測定儀品管試劑	Bilirubin control	1、可測試毛細管微量膽紅素檢測能力之品管液。 2、液狀免泡製。 3、含低中高3種濃度可依需求選擇。	瓶	檢驗部	111年12月新增通過
CRMEB005	96孔光學反應盤(0.2ml)	MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate	0.2ml即時定量96孔PCR反應盤，需搭配本院QuantStudio 5-DX儀器使用。	盒	檢驗部	111年12月新增通過
FC000550	滅菌含碘開刀巾	Antimicrobial incise drape	1、材質：含碘無菌粘膠帶。 2、尺寸：大小長寬44*35cm,含碘粘膠部分：35*35cm。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號及保存期限。	ea	外科部	111年12月新增通過
FD077010	抗氧化高耐磨聚乙烯襯墊	Antioxidant Polyethylene Insert	1、材質:添加抗氧化劑聚乙烯(UHMWPE)。 2、厚度:10、12.5、15、17.5mm(需搭配股骨、脛骨尺寸)。	EA	骨科部	111年12月新增通過
PC000811	長條棉花2*6cm(滅菌)	Homostatic cotton gauze	1、材質:100% cotton (100%純棉)。 2、規格:2*6cm(長條型)。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示批號、製造日期及有效期限。	包	護理部	111年12月新增通過
XG001610	無菌防護套(含Jelly)	Sterile Cover	1、材質:LDPE。 2、尺寸:21*86cm， 內附JELLY。 3、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及保存期限。	EA	影像醫學部	111年12月新增通過
ACMEB016	小腸鏡拋棄式固定管	Single Use Splinting Tube	1、尺寸:插入管外徑13.2mm，內徑11mm，工作長度1300-1320mm，總長度1350-1400mm，形狀:長條狀。 2、氣球、管路材質:樹脂橡膠。 3、用途:適用於消化道至小腸內的內視鏡檢查及內視鏡手術，可從口中或肛門插入。 4、單次使用衛材，單一無菌包裝，包裝外須註明製造批號、製造日期及有效期間或保存期限。	組	消化內科	111年10月新增通過
CRMEB004	新冠多色偵測試劑組	COVID-19 RNASE P COMBO KIT	1、含ORF1a、ORF1b、N、Rnase P 核酸引子及螢光探針。 2、需可配合本院儀器使用。	test	檢驗部	111年10月新增通過
CW140850	人類乳突瘤病毒HPV基因分型能力試驗套組	Human Papillomavirus(High Risk) for Cytopathology	3組/套，每年一套	套	檢驗部	111年10月新增通過
FH001510	泌尿科內視鏡用導管	Urological endoscopy guidewire	1、材質:本體PTEF塗層-Nitinol Guidewire with Hydrophilic Tip。 2、規格:0.035inch.150cm.straight/angled tip。 3、前3cm導線材質:flexible Tip。 4、材質:鎳鈦合金(Nitinol core)。 5、鎢顯影頭端。 6、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號及保存期限。	ea	泌尿科	111年10月新增通過
FJ000150	人工耳膜(4層支撐物)	Artificial tympanic membrane graft (4-layer tissue graft)	1、材質:生物組織(豬小腸黏膜下層)。 2、規格:4*7cm。 3、單一無菌包裝，外包裝需有批號及有效期限。	ea	耳鼻喉部	111年10月新增通過
FJMEB022	耳咽管氣球擴張導管	Balloon catheter for the Tube Eustachii	1、材質: 導管:聚醯胺(PA)；不銹鋼/PTFE。 球囊:聚醯胺(PA)，魯爾接頭:聚碳酸酯(PC)，X光標記:鉑(Pt)、銥(Ir)(90%10%)。 2、氣球尺寸:3*20mm，應用長度:355mm。 3、滅菌單一包裝，單次使用。	個	耳鼻喉部	111年10月新增通過

聯合醫院標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FJMEB023	耳咽管充氣泵	Inflation pump	1、材質:主體:聚對苯二甲酸乙二酯(PETG)，工具柄和按鈕:樹酯(ABS)，Further:聚碳酸酯(PC)，聚甲醛(POM)連接管:聚胺酯(Estane)，尼龍魯爾接頭:聚碳酸酯(PC)。 2、規格:30atm壓力表，30cc注射器。 3、滅菌單一包裝，單次使用。	個	耳鼻喉部	111年10月新增通過
FL005050	動脈血管手術封合膠	Artery surgical seal gel	1、封合膠主成分:氟化銨酯聚醚預聚合物或同等品。 2、封合膠2g。 3、膠體塗抹片。 4、塗抹刀為不銹鋼材質或同等品。 5、單一無菌包裝，外包裝需有批號及有效期限。 6、儲存條件:可室溫保存。	ea	心臟血管外科	111年10月新增通過
HF000500	腹膜透析延長管	Catheter Extension	1、材質:silicon，一端銜接tenckhoff，另一端銜接腹膜透析藥水。 2、尺寸:25cm/40cm延長管。 3、單一無菌包裝，外包裝需有批號及有效期限。	ea	腎臟內科	111年10月新增通過
HF000550	自動腹膜透析管組	APD set/set plus	1、材質:Biofine。 2、APD set plus 為平夾式包含病人端及引流端管組各一。 3、雙腔式幫浦結構，六個透析液銜接口。 4、單一無菌包裝，外包裝需有批號及有效期限，單次使用。	ea	腎臟內科	111年10月新增通過
FD038810	俯臥手術支撐專用枕頭	Headrest Pillow	1、材質：氨基鉀酸酯泡沫塑料。 2、分二層： （1）上層：接觸病人表層為柔軟層與病人臉部輪廓接合，包住骨頭的突出部份及分散壓力（厚度至少5公分）。 （2）下層：支撐作用，當施力的時候，確保病人的臉部不會接觸到底部。 3、尺寸（公分）：長27*寬24.5*高17.5±3%。4、中央管控型凹槽空間：長17公分，寬5公分，與長13公分*寬5.5公分±2%。表同第5	個	骨科部	111年8月新增通過
FD044521	防沾黏生物膠1.5ml	Anti-adhesion Gel 1.5ml	1、材料：自體交叉連結多醣。 2、容量：1.5ml。 3、包裝：1支注射針筒，以及一支插管（長度10公分）。 4、單一無菌包裝，外包裝需標示保存期限。	支	骨科部	111年8月新增通過
FD044522	防沾黏生物膠2.0ml	Anti-adhesion Gel 2.0ml	1、材料：自體交叉連結多醣。 2、容量：2.0ml。 3、包裝：1支注射針筒，以及一支插管（長度10公分）。 4、單一無菌包裝，外包裝需標示保存期限。	支	骨科部	111年8月新增通過
FG002831	拋棄式視網膜下注射針頭25GA	Disposable Subretinal Cannula，25GA	1、材質:矽膠尖端，不銹鋼針管，塑膠針座。 2、25GA針管/41GA矽膠尖端。 3、全長5.05cm(矽膠尖端0.75cm、針管2.4cm、針座1.9cm)	ea	骨科部	111年8月新增通過
FG009101	全焦點連續性對焦人工水晶體	Instant Focus IOL	1、單片可折疊人工水晶體。 2、材質:親水丙烯酸(含水量26%)。 3、提供+5.0D~+30.0D度數。 4、加入延伸焦段+3.0D。 5、光學區直徑6.0mm，前表面為非球面結構。 6、外徑有10.8mm。 7、採封閉式環狀腳位8.360度方形邊緣設計。 8、紫外線防護可阻斷370nm臨界波長。	ea	眼科部	111年8月新增通過
FI003290	可擴展式腰椎人工椎籠	Expandable Interboby Lamber Cage System	1、材質:聚醚迷酮、鉭、鈦合金複合材料。 2、規格:初始高度7-11±0.5mm(展延高度11-16±0.5mm；長23-28±0.5mm。 3、外型:前頭可擴張式子彈型。 4、單一滅菌包裝，外包裝須標示製造批號及保存期限。	ea	神經外科	111年8月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FJ004150	射頻消融針-頭頸專用	Radiofrequency ablation electrode for head and neck	1、材質:不銹鋼。 2、形狀:探針狀。 3、尺寸:7cm。 4、單一無菌包裝，外包裝須標示製造批號及保存期限。	ea	耳鼻喉部	111年8月新增通過
FL009493	雙腔冠狀動脈成形術探測導管	Double Lumen Micro Coronary Angioplasty Catheter	1、材質:聚胺基樹酯。 2、規格:最大直徑0.014英寸，導管長度≧140cm。 3、遠端管軸表面塗有親水塗層，在尖端及管軸之間有不透射線標記，可在X光透視下可觀察尖端的位置。 4、一個同軸導線型(OTW)管腔延伸整個導管長，與另一個安裝於遠端的快速交換型(RX)管腔。 5、單一無菌包裝。	ea	心臟血管內科	111年8月新增通過
FM002510	陰道用潤滑劑	Patient Lubricant	1、成份:大分子玻尿酸不加交聯劑。 2、容量:3ml。 3、單管包裝，拋棄式。	ea	婦產科	111年8月新增通過
FM002600	可溶性血管內皮生長因子受體試劑	sFIt-I	搭配全自動免疫螢光分析儀，用來定量人類血清和EDTA血漿中sFIt-1濃度之試劑。	test	婦產科	111年8月新增通過
FM003100	組織切除刀	Shavers(poly,mini)	長條圓柱狀，不銹鋼材質，長度42公分，直徑2.9mm，左右旋轉刀頭，咬口大小5mm±5%*2.9mm±5%。	ea	婦產科	111年8月新增通過
XE000250	微粒栓塞物	Microparticles Embolization Agent	1、材質：生物聚合物包含明膠、交聯劑、水。 2、尺寸：50-1000μm。 3、單一無菌包裝。	ea	影像醫學部	111年8月新增通過
AC001022	管灌餵食管袋組合套	Feeding Tube Set	1、材質：醫用聚氨酯。 2、一管三腔： a、小腸營養腔：長150cm，9Fr。 b、胃腸減壓腔：減壓長95cm，16Fr，5個打測孔。 c、壓力調節腔：長95cm，可防止減壓腔吸附到胃壁)。 3、需附金屬導線利於放入，單次使用。	ea	消化內科	111年6月新增通過
AH000300	連續血糖監測感應器	Continuous glucose monitoring	1.血糖感應器材質：Polycarbonate、Glucose Oxidase、Human Serum Albumin 2.尺寸：感應器長度：8.75mm，針筒長度：10.5mm，感應器體積：1.0m3，感應器植入角度90°。 3.使用壽命：使用時間至少7天以上。 4.單一無菌包裝，都有標示製造批號及有效期限。	ea	內分泌及新陳代謝科	111年6月新增通過
CW140632	唾液微生物樣本收集及輸送套組	Swab microbiological Specimen Collection and Transport Device	1、每套小管內含運送培養基為1ml。 2、採檢套組附有原廠唾液收集漏斗。 3、附原廠中英文版之唾液採集患者須知之圖像及文字並列之衛教單張。 4、唾液檢體採集套組原廠仿單須提供可使用於COVID-19 RT-PCR的驗證。	ea	檢驗部	111年6月新增通過
CW140633	新型冠狀病毒檢測試劑-ORF1a/b及Egene	SARS-CoV-2	核酸檢測檢體中的新冠病毒，需搭配全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)法。	test	檢驗部	111年6月新增通過
CW140634	新型冠狀病毒檢測試劑品管組-ORF1a/b及Egene	SARS-CoV-2 Control	搭配新型冠狀病毒檢測試劑-ORF1a/b及Egene的品管組，需搭配全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)法。	瓶	檢驗部	111年6月新增通過
CW140635	EBV病毒量核酸檢測試劑	EBV DNA quantitative amplification test	1、EBV病毒DNA定量。 2、需搭配全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)法。	test	檢驗部	111年6月新增通過
CW140636	巨細胞病毒量核酸檢測試劑	CMV DNA quantitative amplification test	1、巨細胞病毒(CMV) DNA定量。 2、需搭配全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)法。	test	檢驗部	111年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
CW140840	高風險人類乳突病毒核酸檢驗及分型試劑	HPV kit	1、核酸檢測檢體中的人類乳突病毒(HPV)DNA。 2、一次偵測至少(含)14種高危險型HPV，並特異性鑑別出HPV16與HPV18。 3、需搭配全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)	test	檢驗部	111年6月新增通過
FD017052	去礦物異體植骨5.0cc	Demineralized Bone Matrix 5.0cc	1、材質、去礦化骨基質Demineralized Bone Matrix(DBM)。 2、容量：5cc/盒。 3、形狀：Putty。 4、單一滅菌包裝。或同等品。	盒	骨科部	111年6月新增通過
FD031660	股骨頸系統	Femoral Neck System	1、Plate： (1)CCD angle ：130±5度 (2)洞數：1~2洞 2、Bolt (1)直徑：10±1mm (2)長度：75mm~130mm(間隔5mm) 3、Antirotation-Screw (1)直徑：6.4±1mm (2)長度：75mm~130mm(間隔5mm) 4、Locking Screw (1)直徑：5.0±1mm (2)長度：30mm~50mm(間隔2mm) 5、材質：鈦鋁鈮合金(Ti-A16-Nb7) 6、plate、Bolt、Antirotation Screw皆為滅菌包裝 7、Plate及locking Screw Bolt、Antirotation Screw可互鎖固定 8、Plate及Bolt有≦20um的滑動空間設計，可對bone gap做加壓動作。	set	骨科部	111年6月新增通過
FG009181	單片非球面轉載式人工水晶體	Acrylic Intraocular Lens	1、非球面、透明片設計。 2、材質：親水性壓克力。 3、光學直徑：7.0mm，全直徑11.0mm。 4、折射率1.46。 5、屈光度：0.0D-30.0D。 6、單一無菌包裝。	ea	眼科部	111年6月新增通過
FG009447	遠中近三焦點老花矯正軟式人工水晶體(可濾紫外線及部分藍光)	Trifocal Intraocular Lens	具有繞射非球面視盤的單片型人工水晶體。通透率10%時阻斷的UV波長為401nm(2ID)。折射係數1.55。+6.0D至+30.0D屈光度，以0.5屈光度遞增；+31.0D至+34.0D屈光度，以1.0屈光度遞增；具有+2.17屈光度的中距離及+3.25屈光度的近距離老花度數。支持腳結構為Stableforce改良L型支持腳。材質為可過濾紫外線和藍光的Acrylate/Methacrylate共聚物。視盤直徑為6.0mm，全長為13.0mm。支持腳角度為0度。	ea	眼科部	111年6月新增通過
FG009448	非球面疏水性壓克力水晶體及氣動式預載式植入系統	Preloaded Aspheric IOL with automated delivery system	視盤材質：可過濾紫外線和藍光的疏水性Acrylate/Methacrylate 共聚物。光譜穿透率：+20 Diopter。IOL在403nm(UV)時穿透率為10%。折射係數：35度C時1.55。屈光度：+6.0至+30.0屈光度。襻結構：Stableforce。視襻直徑：6.0mm。全長：13.0mm。襻角度：0度。具有速度控制桿，可單手植入IOL。推進是以內部壓縮氣缸驅動，經由改變速度控制桿的下壓程度調節速度。	ea	眼科部	111年6月新增通過
FL001210	延長型動脈導管	CPB Arterial cannula	1、出口端直徑>16Fr。 2、導管連接管直徑3/8吋。 3、附專用導引器，導引器可通過0.038英吋導引線， 4、導管全長>10英吋。 5、單一無菌包裝，外包裝須註明批號及有效日期。	ea	心臟血管外科	111年6月新增通過
HFMEB006	三效血液淨化治療套組	Cytokine-endotoxin and CRRT hemofilter	有效過濾膜表面積1.5m^2，血液容積193ml，結合肝素4500IU/m^2。	SET	腎臟內科	111年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
PC000203	阻力線紗布2"*2"	2"*2"X-Ray Detectable Gauze	1、2"*2" 8層 阻力線紗布，10片/包，42支棉紗，緯密布每1吋28*24根紗。 2、紗布不可上漿、不含螢光劑，紗布摺邊不露鬚邊(抽紗)，阻力線摺出明顯易見。 3、單一無菌包裝。	包	護理部	111年6月新增通過
PGMEB004	伸縮移壓式煙霧排除電燒筆	Smoke Evacuation Rocker Switch Pencil	1、移壓式按鍵電燒筆附絕緣筆盒，握把可360旋轉。 2、EDGE塗層刀型電燒頭，筆頭可伸長5±0.5公分。 3、配置透明吸煙管，吸煙管可伸長9±0.5公分。 4、附連接管並為7/8英吋接頭，電燒線整合連接管中。 5、吸煙連接管總長3米。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB005	伸縮按壓式煙霧排除電燒筆	Smoke Evacuation Pencil	1、按鈕式按鍵電燒筆附絕緣筆盒，握把可360旋轉。 2、PTFE塗層刀型電燒頭。 3、配置附可延伸吸煙套頭於電燒頭上方。 4、附連接管並為7/8英吋接頭，電燒線整合連接管中。 5、吸煙連接管總長3米。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB006	塗層按鈕式防水電燒筆吸煙價套組(含絕緣筆盒)	Botton Edge Smoke Evac Pencil	1、按鈕式按鍵電燒筆，需附絕緣筆盒。 2、配置塗層加長刀型電燒頭，並須為六角型固定穩固設計。 3、筆芯電路板須具備防水層設計。 4、附伸縮排煙管，可連接3/8英吋管徑連接管。 5、3米長以上電燒筆線。	組	護理部	111年6月新增通過
PGMEB007	塗層按鍵式電燒筆(含絕緣筆盒)	Reliant Button Switch Pencil with Coated Blade，Holster	1、按鈕式按鍵電燒刀。 2、陶瓷塗層刀型電燒刀。 3、需附絕緣筆盒。 4、3米長電燒筆線。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB008	塗層按鈕式防水電燒筆套組	Botton Pencil	1、按鈕式按鍵電燒筆。 2、塗層刀型電燒頭。 3、筆芯電路板須具備防水層設計。 4、需附絕緣筆盒。 5、3米長電燒筆線。	組	護理部	111年6月新增通過
PGMEB009	塗層功率調整式電燒筆	Force Electrosurgical Device	1、三鍵按鈕式按鍵，筆身可調整功率電燒筆。 2、具備切割與止血功能二合一單鍵輸出鍵。 3、筆身附功率調整撥桿。 4、塗層刀型電燒頭，附絕緣筆盒。 5、3米長電燒筆線。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB010	塗層絕緣短電燒頭，6.99公分刀型	Insulated Electrode, 6.99cm Blade	1、塗層刀型短電燒頭，總長6.99±0.1公分，可傳導區長5.1±0.1公分。 2、電燒頭需已預先做絕緣處理。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB011	塗層(絕緣)刀型中長電燒頭，10.16公分	Insulated Blade Electrode,10.16cm	1、塗層刀型中電燒頭，總長10.16±0.1公分，可傳導區長5.1±0.1公分。 2、電燒頭需已預先做絕緣處理。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB012	7/8" 3米連接管	Tubing 7/8" (3m)	1、7/8"專用連接管長至少3米。 2、7/8" 連接管頭需附紫色防異物吸入網且前段採硬式設計利於固定或手持。 3、須為已滅菌包裝。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB013	吸煙器連接管1/4"	Tubing 1/4"	1. 加厚抗嗦連接管。 2. 內徑1/4英吋，管長3米。 3. 已滅菌包裝。	個	護理部	111年6月新增通過
PGMEB014	電燒筆架連接管套組15’(4.6米)	Smoke Attachment 15’ (4.6m) smoke tubing	1. 電燒筆架。 2. 附連接管並為7/8英吋接頭。 3. 吸煙連接管總長4.6米。	個	護理部	111年6月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
CB004110	廢棄檢體收集容器	Discarded specimen collection container	1、容量:3000ml±5%，直徑14.5±1cm，高度22.5±1cm，，透明圓柱體一體成型，覆蓋需能轉緊且倒轉時內液體不會溢出。 2、材質:PVC。 3、自200ml至2500ml間每100ml皆有刻度標示。 4、需能耐12NHCL強酸及5%-6%漂白水。	ea	檢驗部	111年4月新增通過
CW140631	COVID-19醫用抗原快篩試劑	COVID-19 Ag rapid test	一、檢測原理: 免疫色層分析法 二、檢體別: 由鼻咽採檢 三、證照:TFDA核准防疫專案製造或輸入且具CE認證。 四、每劑組成: 單包裝卡匣測試片、鼻咽拭子、採檢管、試管架、 噴嘴蓋、說明書、萃取液。 五、檢測時間: 20分鐘內判讀。目測不需要儀器。 六、敏感度/特異性: 原廠試劑仿單須載明以下3項 1. 不同Ct value的 Sensitivity。 2. Ct value≦ 30 時Sensitivity:≧90% ; Specificity:≧99%。 3. Sensitivity 與 Specificity所統計的數據結果 與PCR陽性比對之支數至少>100支且總測試檢體支數>400支。 七、萃取液:鼻咽拭子採檢後可直接放入已滴入萃取液的試管內，攪拌後無需等待時間即可檢測。試管上蓋可密合萃取試管上，不會造成液體噴濺。萃取試管內之萃取液可讓病毒去活化。 八、提供該檢測結果不受WHO 所公告COVID-19變異株影響說明。 以下為WHO網站所列的變異株： Delta 、Omicron、Alpha、Beta、Gamma、Omicron sublineage BA.2、Epsilon、Zeta、Eta、Theta、Iota、Kappa、Lambda、Mu。	test	檢驗部	111年4月新增通過
FL004355	大支架動脈血管導引鞘	Stent Introducer Sheath	1、導引鞘長度:大於25cm。 2、導引鞘內徑:16-26Fr。 3、附擴張器，擴張器內徑:0.035inch。 4、組件長度大於39cm。 5、尖端外徑:4.0mm。 6、單一無菌包裝，外包裝須標示批號及有效日期。 7、材質:PVC或同等品。	組	心臟血管外科	111年4月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
PI001614	二級N95折疊口罩	N95 Level 2 Protective mask	1、摺疊式，醫療呼吸防護面(口)罩，領有醫療器材第二等級許可證或美國NIOSH認證(等同或以上者)。 2、須符合如右性能規格要求：國家標準 CNS14774外科手術 D2防塵面(口)罩或其他具等同性國際標準之性能規格要求，其中次微米粒子防護效率及壓差等2項，得依 CNS 14755「拋棄式防塵口罩」 D2等級之3項檢測報告。 3、需檢附醫療器材第二等級許可證、仿單及第三公正檢驗單位之證明文件【採購之口罩檢測報告日期為採購日期前一年內】，項目如下: (1)合成血液穿透性：依CNS14776試驗法120(mmHg)或D2等級80(mmHg)，無穿透性。 (2)細菌過濾效率≧98%，(依CNS14755試驗法) (3)次微米防護效率(0.075um NaCl)ASTM≧98%或D2等級CNS14755試驗法≧95% (4)呼吸氣阻抗：依CNS14755試驗法，吸氣阻抗≦350Pa｛35mmHg｝以下，呼氣阻抗≦250Pa｛25mmHg｝以下。 (5)防焰性/可燃性1級 4. 產品配戴8小時以上，其材質不得傷害皮膚、不得引起過敏現象、不可產生棉絮。 5. 覆蓋臉部之鼻、口邊及下顎之半面體，透氣性佳，鼻樑片可調整與口鼻密合，鬆緊固定帶彈性合宜。 6.包裝需註明製造批號、製造日期、有效期間或保存期限，並附中文使用說明。	個	護理部	111年4月新增通過
PN000320	手術器械盒扣環(附標籤)	Plastic seals with indicator	1、限一次性使用 2、材質 : 聚丙烯 (PP) 3、乳膠 : 非天然橡膠乳膠製造 4、指示紙 : 顏色從粉紅色變深棕色 5、符合標準 : ENISO11140-1: 2014 (符合醫療保健材料滅菌的化學指示劑之特性和測試方法) 6、耐熱性 : 最高 134℃ 7、尺寸：鎖片固定閂長32MM±2MM，鎖上後內圈內徑20MM±1MM，單次使用。	ea	護理部	111年4月新增通過
CD120710	介白素-6(IL-6)抗體檢驗	Interleukin 6(IL-6)	定量檢測血清和血漿中介白素-6，適用電化學冷光免疫分析法，儀器原廠試劑。	test	檢驗部	111年2月新增通過
CW140629	新型冠狀病毒檢測試劑(唾液檢體)	SARS-CoV(Swab)	1、配合本院即時定量聚合酶連鎖反應儀進行唾液檢體內新型冠狀病毒檢測。 2、包含內含蛋白質裂解液，可萃取唾液內核糖核酸以進行檢測。 3、具多個目標基因設計，可於單一測試槽中使用FAM、VIC、ABY和JUN螢光進行四組基因偵測，同時偵測SARS-CoV2新型冠狀病毒的Orf-1a基因，nucleocapsid(N)protein基因、Orf-1a基因及內部控制組Rnase P基因。 4、偵測目標基因的探針至少八個(含)，每個目標基因皆具有兩個以上探針，確保在病毒株不斷變異的狀況仍可進行偵測。 5、具有美國食品藥物管理局緊急使用授權(EUA)，同時已經取得台灣食品藥物管理局新冠病毒檢驗試劑專案輸入核准。	test	檢驗部	111年2月新增通過
CW140630	新型冠狀病毒RNA檢測試劑組-AIO	AIO COVID-19 RNA Testing Kit	核酸檢測檢體中的新冠病毒，配合全自動分析儀的原廠試劑，適用即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PCR)法。	test	檢驗部	111年2月新增通過
FD044555	膠原蛋白敷料-2CC	Collagen Wound Dressing 2CC	1、材質:由牛筋組織中萃取製得的纖維膠原蛋白。 2、容量:2CC。 3、形狀:Particle。 4、單一無菌包裝，註明滅菌日期。	ea	骨科部	111年2月新增通過

聯合醫院 標準碼	名稱(中文)	名稱(英文)	規格	單位	權責部科	備註
FD044565	膠原蛋白敷料100*100*3mm	Collagen Wound Dressing 100*100*3mm	1、材質:由牛筋組織中萃取製得的纖維膠原蛋白。 2、尺寸(mm):100*100*3。 3、形狀:Sheet。 4、單一無菌包裝，註明滅菌日期。	ea	骨科部	111年2月新增通過
FD050540	矛型微型骨板系統	Spear Plate System	骨板: 1、材質:鈦合金(TI6AL4V)。 2、形狀:矛型骨板。 3、尺寸:長度:40mm~45mm； 曲率:1°~5°。 4、包裝:非無菌包裝。	set	骨科部	111年2月新增通過
FG009498	多片型軟式人工水晶體	ACRYLIC FOLDABLE MULTI-PIECE POSTERIOR CHAMBER IOL	1.視盤材質:可吸收紫外線的Hydrophobic Acrylate / Methacrylate Copolymer 2.折射係數(Index of Refraction)：1.55 3.襻結構: Modified-C 4.襻材質:PMMA (Monoflex) 5.可折疊多片型 (Multipiece) 6.全長13.0mm, optic size 6.0mm 7.可提供度數 -5D ~ +30D	EA	眼科部	111年2月新增通過
FH002422	透明質酸防沾黏凝膠	HA Anti-adhesion Barrier	1、Sodium Hyaluronate 40mg/ml。 2、內容物含:磷酸二氫鈉、磷酸氫二鈉，注射用水加至6.0ml。	支	泌尿科	111年2月新增通過
FL006810	引流抽吸管	Drainage suction tube	1、20gtt/cc，180cc單針附Y加藥座。 2、塑鋼瓶針銳利適合塑膠瓶塞之穿刺。 3、PE管接頭需適合不同規格之針頭及接管。 4、流速控制夾操作需保持穩定。 5、加藥座不可滲漏。 6、單一無菌包裝。 7、產品不含過濾網。	ea	心臟血管內科	111年2月新增通過